



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Hospital San Vicente de Paúl – Heredia  
Sub Área de Contratación Administrativa  
Teléfono: 2562-8479, 25628481/ Fax: 2562-8506

**Heredia, 21 de julio del 2020**

## **NOTA ACLARATORIA N°1.**

### **COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTIA No. 2020CD-000059-2208 POR INSUMOS VARIOS PARA ODONTOLOGÍA**

#### **ESTIMADOS PROVEEDORES**

De acuerdo a solicitudes de aclaración y/o modificación al cartel de especificaciones técnicas, presentada por la empresa Eurociencia Costa Rica S.A., se emite nota HSVP-OD-063-2020 suscrita por la Dra. Karen Sobalvarro Mojica, la cual realiza modificaciones al cartel.


El cartel modificación # 1, se encuentra disponible en el sitio web de la institución, en el link <http://www.ccss.sa.cr/licitaciones>, unidad programática 2208.

**La apertura de ofertas se mantiene para el día 23 de julio del 2020 a las 10:00 a.m.**

Agradeciendo de antemano la atención a la presente.

**ATENTAMENTE,  
SUB AREA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

  
\_\_\_\_\_  
**Licda. Kattia Boggero Oseguera  
COORDINADORA**



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**


Hospital San Vicente de Paúl

Servicio de Odontología

Teléfono: 2562-8359

Heredia, 21 de julio de 2020

HSVP-OD-063-2020



Licenciado

Carlos A. García Montoya

Abogado

Asesoría Legal-Contratación Administrativa

**ASUNTO: RESPUESTA A TRASLADO DE EXPEDIENTE 2020CD000059-2208 INSUMOS  
VARIOS PARA ODONTOLOGIA PARA RESOLVER ACLARACIONES PRESENTADAS**

Estimado licenciado:

En atención al contenido del oficio HSVP-DA-AL-0185-2020 enunciado en el epígrafe de la solicitud planteada por la empresa EUROCENCIA contenida en los folios 00105 al 00109, respecto a la modificación en la característica técnica "longitud" de los ítems 1,5 y 6 luego de evaluar que dicho cambio no interfiere en la parte activa del instrumento sino en el apoyo y forma de agarre por parte del operador, no se tiene ningún inconveniente por parte del Servicio de Odontología para que dicha característica sea modificada de diferente forma,

| Ítem | Código       | Descripción   | Cantidad |
|------|--------------|---|----------|
| 1    | 2-12-01-0380 | Mango de bisturí<br>• Número 3<br>• Largo total 12.5cm +/- 0.5cm,<br>• Ancho 1cm<br>• Parte activa adaptador longitud 1.5cm, ancho 3cm de forma plana con bordes redondeados y ranuras laterales donde se inserte hoja bisturí<br>• Para fácil acoplamiento de hojas de bisturí #15<br>• Esterilizable en autoclave 135° centígrados<br>• Acero inoxidable-grado médico<br>• 100% resistente a la corrosión | 8 ud     |
| 5    | 2-48-01-0100 | Abrebocas molt universal para niños.<br>• abre bocas de tijera longitud de 10 cms +/- 1cm<br>• Tamaño para niños<br>• De acero inoxidable<br>• Esterilizable en autoclave a 135 centígrados.<br>• Fácil manipulación y aseo.  | 4 ud     |
| 6    | 2-48-01-0105 | Abrebocas molt universal para adultos<br>• Tamaño para adultos<br>• Abrebocas de tijera longitud 12cms +/- 1cm<br>• De acero inoxidable<br>• Esterilizable en autoclave a 135 centígrados.<br>• Fácil manipulación y aseo.  | 6 ud     |

Se adjunta ficha técnica modificada, suscribo atentamente,

Dra. Karen Sahalyarín Mojica  
Servicio de Odontología

Archivo  
KSM/MBZ