



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Vicente de Paúl – Heredia
Súb Área de Contratación Administrativa
Teléfono: 2562-8479, 25628481/ Fax: 2562-8506

Heredia, 29 de julio del 2020

NOTA ACLARATORIA N°1.

COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTIA No. 2020CD-000063-2208 POR ARTÍCULOS VARIOS PARA USO EN VASCULAR PERIFÉRICO

ESTIMADOS PROVEEDORES

De acuerdo a solicitudes de aclaración y/o modificación al cartel de especificaciones técnicas, presentadas por las empresas SUMEDICAL, SYMBIOSIS y CORPORACIÓN BIOMUR, se emiten notas HSVP-VCP-053-2020 y HSVP-VCP-55-2020 suscritas por el Dr. Michael Abarca Brenes, coordinador del servicio Vascular Periférico, el cual realiza modificaciones al cartel.

El cartel modificación # 1, se encuentra disponible en el sitio web de la institución, en el link <http://www.ccss.sa.cr/licitaciones>, unidad programática 2208.


La apertura de ofertas se mantiene para el día 30 de julio del 2020 a las 10:00 a.m.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente.

**ATENTAMENTE,
SUB AREA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

**Licda. Kattia Boggero Oseguera
COORDINADORA**







CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Vicente de Paul
Servicio de Vascular Periférico.
Teléfono: 2562-8110.



0093
Abogado
Cód. 17675
Mr. Carlos A. García Montoya

HSVP-VCP-53-2020
Heredia, viernes 24 de julio 2020

Licenciado

Carlos A. García Montoya
Asesoría Legal-Contratación Administrativa
Hospital San Vicente de Paúl

Presente

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO HSVP-DA-AL-0193-2020

Estimado Licenciado:

Reciba un saludo de mi parte, en relación con lo indicado en el epígrafe, se realizan las siguientes aclaraciones:

- **Ítem 4: Prótesis Arterial recta anillada de Dacrón de 6mm x 75mm de largo, precoagulada, impregnada de gelatina hidrosoluble de heparina.**

Aclaratoria: Sumedical: Se acepta modificación de longitud quedando de la siguiente manera:

“Prótesis Arterial recta anillada de Dacrón de 6mm x 75 +/- 5 mm de largo, precoagulada, impregnada de gelatina hidrosoluble de heparina.”

- **Ítem 5: Prótesis vascular recta hecha de politetrafluortileno expandido (PTFE) con una superficie cubierta de heparina.**

Aclaratoria: Se acepta modificación, las medidas que se necesitan son cónicas de 4mm x 7mm y longitud 45mm, quedando de la siguiente manera:

“Prótesis vascular recta hecha de politetrafluortileno expandido (PTFE) con una superficie cubierta de heparina, son cónicas de 4mm x 7mm y longitud 45mm”.

- **Ítem 6: Prótesis Arterial recta de PTFE de 7mm x70cm.**

Aclaratoria: Se acepta reclamo, quedando de la siguiente manera:

“Prótesis Arterial recta de PTFE de 7mm x70cm +/- 10cm de longitud.”



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Vicente de Paul
Servicio de Vascular Periférico.
Teléfono: 2562-8110.

- **Ítem8: Prótesis arterial axilobifemoral con bifurcación simétrica de 8mm el cuerpo y 7mm las ramas, de 90cm x 40 de longitud total, que incluya antimicrobiano.**

Aclaratoria: Se acepta modificación de rango de medidas, quedando de la siguiente manera:

Prótesis arterial axilobifemoral con bifurcación simétrica de 8mm el cuerpo y 7+/-1mm las ramas, de 90 +/-5cm x 40 +/- 15cm de longitud total, que incluya antimicrobiano.

Sin más por el momento;

Atentamente,

Dr. Michael R. Abarca Brenes
Cirurgano Vascular
Dr. Michael Abarca Brenes
Vascular Periférico Coordinador




C/c

☑ Archivo

MAB/Estef.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
 Hospital San Vicente de Paul
 Servicio de Vascular Periférico.
 Teléfono: 2562-8110.



HSVP-VCP-55-2020
 Heredia, 28 de julio 2020

Abogado
 Dr. Carlos A. García Montoya

Licenciado

Carlos A. García Montoya
Asesoría Legal-Contratación Administrativa
Hospital San Vicente de Paul

Presente

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO HSVP-DA-AL-0194-2020

Estimado Licenciado:

Reciba un saludo de mi parte, en relación con lo indicado en el epígrafe, se realizan las siguientes aclaraciones:

- **Ítem 5: Prótesis vascular recta hecha de politetrafluortileno expandido (PTFE) con una superficie cubierta de heparina.**

Aclaratoria: Se acepta modificación, las medidas que se necesitan son cónicas de 4mm x 7mm y longitud 45mm, quedando de la siguiente manera:

“Prótesis vascular recta hecha de politetrafluortileno expandido (PTFE) con una superficie cubierta de heparina, son cónicas de 4mm x 7mm y longitud 45mm”.

Sin más por el momento;

Atentamente,

Dr. Michael Abarca Brenes
Vascular Periférico Coordinador



C/c Archivo.



