



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Area de Salud Alajuela Norte Dr. Marcial Rodríguez Conejo
Subárea de Gestión de Bienes y Servicios
Teléfono: 2437-8133 / Fax: 2440-6358 aeruiz@ccss.sa.cr

ASAN-DRMRC-GBS-449-16.

Alajuela, 22 setiembre del 2016.

Estimados Proveedores

ASUNTO: Respuesta a aclaración Compra Directa 2016CD-000023-2216, por Sistema de Digitalización de Imágenes Médicas.

Estimado señor:

Por medio de la presente se le comunica que según aclaración del Ing. Fabián Cervantes Jiménez, del Área de Gestión Equipamiento, Dirección Equipamiento Institucional, aclara:

Que, Aun cuando al final se indica "...(04 FLAT PANEL)" lo correcto es lo que se indica al inicio de la frase "UN (01)...". Esto quiere decir que el sistema que se está comprando solo tendrá un solo detector (Flat panel).

Por lo anterior, modifica el título de la siguiente manera "UN (01) SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN DIRECTA CON ESTACIÓN DE TÉCNICO PARA RADIOLOGIA (01 FLAT PANEL)"

Esta modificación no implica modificación en el fondo de las especificaciones, por lo que se recomienda no prorrogar.

Atentamente,


Licda. Jahaira Castro Murillo
Jefe a.i.
Subárea de Gestión de Bienes y Servicios



 Expediente de Compra.