



Caja Costarricense de Seguro Social
Hospital Dr. Roberto Chacón Paut
Dirección de Enfermería

TEL 2216-6473 / 2216-6472 / 2216-6471 Telefax: 2216-6419

29 de agosto, 2018
2305- D.M.- D.E.- 0214- 2018

CONTRATACION ADMINISTRATIVA

29/AGO/2018 PM 1:57

Máster:
Margarita Montoya Centeno
Jefe Área Gestión Bienes y Servicios a.i
S.O.

Asunto: Referente a solicitud de empresa EPS

Estimada máster:

En atención de solicitud de empresa EPS MEDICAL, ésta dirección de enfermería después del análisis respectivo determina que:

Referente al punto 1.5: La base se está refiriendo a la misma columna de soporte, ya que lo que se requiere en plástico ABS es el sobre de la mesa.

Referente a los siguientes puntos se atiende lo solicitado y se modifica para efectos del Cartel de Especificaciones, con el fin de incrementar la posibilidad de oferentes para las mesas puente:

1.7. Superficie de la bandeja: de ancho 45 +/- 6 cm y de largo 90 +/- 10 cm se modifica de la siguiente forma **"Superficie de la bandeja: de ancho 45 +/- 7 cm y de largo 90 +/- 1 cm"** con el fin de incrementar la posibilidad de oferentes y siendo que la variación de 1 cm en el ancho de la bandeja no afecta las necesidades del servicio.

1.8. 2 ruedas delanteras con freno material resistente al tránsito se modifica de la siguiente forma **"Ruedas delanteras material resistente al tránsito"**, no se requiere que todas las ruedas posean freno, por ende el avalar esta solicitud incrementa la posibilidad de oferentes y no afecta la necesidad del servicio.

1.4 **El sobre de la mesa posee borde antiderrame**, se aclara en este punto que la mesa puede o no contar con borde antiderrame, por cuánto no afecta las necesidades del servicio y se amplía la posibilidad de oferentes para la Compra Directa.

Agradezco su atención al respecto,



Atentamente.

Lic. Mario Buzo Cardoza
Director de Enfermería

*MBC/cmd

Expediente compra directa 2018LA-000031-2305
c.i Archivo-Consecutivos