



28 de agosto del 2018
2305-DM-STR-020-18

Licda. Margarita Montoya Centeno, MBA
Jefe a.i.
Jefe Área de Gestión de Bienes y Muebles
Hospital Especializado Dr. Roberto Chacón Paut



Asunto: MODIFICACION RANGOS ITEM #3 CARTEL 2018CD000032-2305

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo. Posterior al análisis del cartel 2018CD000032-2305, y en atención al oficio y solicitud enviado por la empresa MES Medical, específicamente el ítem de los aspiradores de secreciones se llega a las siguientes conclusiones:

1. En las características del ítem #3 debe leerse textualmente: Flujo de succión entre 15 y 20 LPM.
2. El rango de presión de vacío debe estar entre 0 y 700 mmHg.

Sin más por el momento y a la orden para ampliar o aclarar,


Dr. Carlos Mora Madriz
Servicio Terapia Respiratoria
Hospital Chacón Paut

c.i.: Archivo



Caja Costarricense de Seguro Social
Hospital Nacional Especializado Dr. Roberto Chacón Paut
Dirección Administrativa Financiera Contable

CONTRATACION ADMINIST.

29/AGO/2018 AM 10:46

Uso

29 de agosto del 2018
2305-DM-DAF-0438-18

Señores
Provedores
Compra directa 2018CD-000032-2305
EQUIPO MEDICO

Asunto: aclaración al cartel

Estimados señores:

Con la recomendación de los ingenieros que dan asesoría a este Centro Hospitalario se procede a aclarar los siguientes puntos,

En el cartel se indica:

Monitor modular con pantalla de 10 pulgadas como mínimo para los ítems 01 y 02

Mismas que se aclara de la siguiente manera:

Monitor modular o pre configurado con pantalla de 10 pulgadas como mínimo

El resto del cartel continúa igual.

En plena disposición de ampliar o aclarar cualquier duda al respecto, suscribe.

Atentamente,

HOSPITAL DR. ROBERTO CHACON PAUT

Margarita Montoya Centeno
Licda. Margarita Montoya Centeno, MBA
Directora Administrativa A.C.

Visto bueno Servicio Solicitante:

2018/08/29
SRA/fmmc

c.i. Expediente Administrativo
Archivo

