



**Caja Costarricense de Seguro Social  
Hospital Chacón Paut  
Laboratorio Clínico**

☎ 2216-6489 ☎ 22166452.



28 de setiembre de 2018


2305-LCHRC-0110-2018

Señores

Proveedores compra directa

**2018CD-000042-2305**

Mueble y fregadero A.I. Laboratorio Clínico



**Asunto: Aclaraciones al Cartel**

Según lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y con el fin de satisfacer el interés Público, se procede a realizar las siguientes aclaraciones al cartel citado en el epígrafe:

- En cuanto a la preinstalación para los muebles, el Área de Gestión de Ingeniería y Mantenimiento de este Centro se encargarán de (desmontar el mueble actual, colocación de piso y prevista de agua para la llave del fregadero).
- Para el mueble del ítem número dos en lugar de llevar cuatro patas debe tener seis y que la lámina de acero inoxidable del sobre sea de un calibre alto, esto para que soporte el peso del equipo de la filtración del agua que será colocado sobre el mismo.
- Para cada ítem indicar el calibre del acero inoxidable que se usará.
- La instalación le corresponde al contratista y esta debe ir incluida en el precio de cada mueble y no como un rubro aparte.

El resto del cartel se mantiene igual.

Atentamente

*Dra. Marjorie Arce Zamora*  
**LABORATORIO CLÍNICO**  
MQC cód.: 998

*Dra. Marjorie Arce Zamora*

*Directora Laboratorio Clínico*

*Hospital Dr. Roberto Chacón Paut*

*marcez@ccss.sa.cr*



CC. MsC Sandra Ruiz Abril. Directora Administrativa

Expediente administrativo.

Archivo.