Caja Costarricense de Seguro Social
Sub-Área de Contratación Administrativa
Hospital William Allen T.
Teléfono 2556 43 50 Ext 107.Fax. Ext 106-108-113.

Turrialba, 25 de Setiembre 2015

S.A.C.A. 367 -2015

Señores
Proveedores Interesados
Presente.

ASUNTO: Aclaracion y Modificación al Cartel de la Compra directa Nº 2015CD-000091-2307 Adquisición de Equipo Médico.

Estimados señores:

En respuesta a oficios presentados por las Empresas Tecnología Hospitalaria R y M y la Empresa Meditek, Se adjuntó oficio HWAT-IM-EM-221-2015 recibido el día 25/09/2015 suscrito por el Ing Carlos Vargas. Ingeniero en Equipo Médico.

Las demás condiciones se mantienen invariables.

De usted atentamente,

Licda. Inés Binns Mora
Coordinadora.
Sub-Área de Contratación Administrativa

Sub Area de Contratación Administrativa C.C.S.S.

C.C. Expediente de la compra.

Hospital William Allen Turrialba
Gestión de Ingeniería y Mantenimiento
Caja Costarricense Seguro Social
Teléfono 2558 1328 / Fax: 2556-4717

2015SEP25 AM 8:21

HWAT-IM-EM 221-2015
25 de Septiembre del 2015

Licenciada
Inés Binns Mora
Sub Área de Contratación Administrativa
Hospital William Allen Taylor

ASUNTO: ***Solicitud de Aclaración Compra Directa 2015CD-000091-2307, Adquisición de Equipo Médico.***

Estimada licenciada:

Según oficio recibido GGe-067-2015 de la empresa Tecnología Hospitalaria R y M S.A. solicitando la aclaración de varios puntos de la compra directa citada en asunto procedemos a explicar lo siguiente:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ITEM #1 Esfigmomanómetro digital de pedestal

Punto 16.2 Tiempo de recarga completa de la batería: 6 horas o menos

Se analiza lo solicitado y se procede a ampliar el rango para permitir que más proveedores participen y se aumente la libre competencia. Por tanto léase, correctamente, de la siguiente manera:

Punto 16.2 Tiempo de recarga completa de la batería: 8 horas o menos.

ITEM #2 Equipo de Diagnóstico

Punto 1.10 Con batería recargable de 3,5 V.

Se analiza lo solicitado y se procede a eliminar este punto de las especificaciones técnicas ya que el mismo no tiene válidez para este caso en específico.

ITEM #4 Balanza Digital para paciente pediátrico-adulto

Punto 7 Plataforma de pesado no menor de 36 por 36 cm, mínimo, con cubierta de un material antideslizante que sea desprendible para limpieza.

Se analiza lo solicitado y se procede a ampliar el rango para permitir que más proveedores participen y se aumente la libre competencia. Por tanto léase, correctamente, de la siguiente manera:

Punto 7 Plataforma de pesado de 35 por 35 cm, +/- 5 cm para ambos lados como mínimo, con cubierta de un material antideslizante que sea desprendible para limpieza.

ITEM #5 Balanza Digital para paciente neonatal

Punto 2 Bandeja de pesado no menor de 30 por 58 por 10 cm de plástico resistente o similar.

Se analiza lo solicitado y se procede a ampliar el rango para permitir que más proveedores participen y se aumente la libre competencia. Por tanto léase, correctamente, de la siguiente manera:

Punto 2 Bandeja de pesado de 30 por 58 por 10 cm, +/- 2cm en cada uno de sus lados, de plástico resistente o similar.

Punto 3 Con cinta de medición de la altura de los infantes adherida a la bandeja de pesado, que sea capaz de medir al menos 57 cm con graduaciones de al menos 0.25 cm.

Se analiza lo solicitado y se procede a aclarar. Por tanto léase, correctamente, de la siguiente manera:

Punto 3 Con cinta de medición, mecánica o digital, de la altura de los infantes adherida a la bandeja de pesado, que sea capaz de medir al menos 57 cm con graduaciones de al menos 0.25 cm.

Además, según oficio recibido 0945-2015-CA-REG de la empresa Meditek S.A. solicitando la aclaración del punto del ítem #7 de la compra directa citada en asunto procedemos a explicar lo siguiente:

ITEM #7 Monitor Fetal

Punto 1 Monitor materno-fetal externo (no invasivo).

Se analiza lo solicitado y se procede a aclarar. Por tanto léase, correctamente, de la siguiente manera:

Punto 1 Monitor materno y fetal externo (no invasivo).

Hospital William Allen Turrialba
Gestión de Ingeniería y Mantenimiento
Caja Costarricense Seguro Social
Teléfono 2558 1328 / Fax: 2556-4717

Sin más por el momento, se despide,

Atentamente,

HOSPITAL WILLIAM ALLEN TURRIALBA
EQUIPO MÉDICO
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
C.C.S.S.

Carlos Vargas González

Ing. Carlos Arturo Vargas González
Ingeniería y Mantenimiento
Equipo Médico
Hospital William Allen Taylor

Cc *Expediente de Compra Directa N° 2015CD-000091-2307.*
Archivo.