GDS 16 OCT '20 9:17

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL WILLIAM ALLEN TAYLOR
Tel. 2558-1300

CARTEL TÉCNICO

A) PETICIÓN DE COMPRA, ASPECTOS GENERALES

Información solicitada:	Datos aportados por Servicio:
Servicio Solicitante	Servicios de Hospitalización, Sala de operaciones, Emergencias, Centro de Equipos y Odontología.
Fecha de Confección de Documentación	28/07/2020
Modalidad Compra	Licitación abreviada
Número de Solicitud 40 ó 28 (indicada por SIGES)	2307001401
Objeto de contratación	Suministros de uso medico
Clasificación del Objeto Contractual	Bien
Encargado del Contrato	Msc. Ana Ruiz Velásquez, Jefatura de Enfermería en SOP Dra. Gisela Murillo Castillo, Coordinadora Servicio Emergencias Dr. Marco Antonio Roja Zeledón, Jefatura Servicio Cirugía General Dr. Billy Murias Velásquez, Coordinador Anestesia y Recuperación Dra. Anabelle Somarribas Meza, Jefatura Pediatría Dr. Jorge Cortés Ledezma, Jefatura Medicina Interna
Plazo de entrega	Primera entrega Máximo 30 días hábiles los ítem 1 al 16 y del 18 al 52 el ítem 17, 45 días hábiles después de comunicado el pedido por parte del servicio. Entregas subsecuentes: Las siguientes entregas deberán ser entregadas 10 días hábiles después de comunicado el pedido por parte del servicio.
Prorrogable	SI
Vigencia del Contrato	Este contrato tiene una vigencia de un año a partir del día hábil siguiente de comunicada la fecha de inicio del contrato. Podrá ser prorrogado hasta un máximo de tres períodos iguales, De conformidad con la condición General 1.9
Fuente de Financiamiento	Local
Monto Total Estimado de la Compra (en colones)	¢ 90,229,177.00
Partida Presupuestaria	2219
Forma de Entrega	Entrega Según Demanda
¿Está considerada en el P. A?O del año 2020?	SI
Período de inicio de la compra	III TRIMESTRE
Indique si existe un contrato vigente del producto solicitado.	No
Número de Compra Vigente	NA
Fecha de Finalización de la Compra vigente	NA

B) CONDICIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS

1. Al tratarse de un contrato con entregas según demanda, el mecanismo de pedido será de la siguiente manera:

   Mecanismo de pedido: los pedidos se realizarán mediante correo electrónico con indicación del día que deben ser entregados a la subárea de almacenamiento y distribución (Proveeduría) del Hospital William Allen Taylor, salvo en casos especiales en que se pueden solicitar por vía telefónica en situaciones de urgencia.

2. Todo oferente debe presentar su oferta de acuerdo con los requerimientos y especificaciones técnicas contenidas en este cartel, además las regulaciones técnico-legales existentes.

3. Todo oferente deberá presentar una muestra de los productos ofrecidos, para la respetiva valoración por parte de la administración, son indispensables para corroborar el cumplimiento de las condiciones técnicas solicitadas en el cartel de compra y asegurar el cumplimiento de la finalidad propuesta para los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,41,42,43,44,48,49,50,51,52.

4. Cada muestra será sometida a una revisión minuciosa en cuanto a calidad y resistencia de los materiales, mediante pruebas organolépticas, facilidad para la apertura del empaque, facilidad para la colocación del insumo.

5. Las muestras que no queden inutilizadas podrán ser retiradas por el oferente en un plazo máximo de 20 días hábiles posterior al acto de adjudicación de la compra.

6. Las muestras de la empresa adjudicada se devolverán una vez que se hayan recibido a satisfacción los bienes, esto con el objetivo de cotejar el objeto entregado con las muestras ofrecidas.

7. Presentar literatura descriptiva del producto, así como referencia del Catálogo de acuerdo con la marca cotizada (copia fotostática del dibujo y referencia del catálogo original en forma visible y legible en idioma español), ya que se trata de artículos destinados a la preservación de la salud de las personas en los Ítem 28,29,30,31,40,41,42,43,44,50,51,52

8. En los casos de distribución exclusiva, el oferente deberá de aportar la carta de exclusividad vigente entendido esto como la certificación de distribuidor exclusivo y autorizado en Costa Rica firmado por autoridad de la casa matriz de manera que se pueda constatar que cuenta con el respaldo, debe ser en original o fotocopia del original y certificada por un abogado.

9. La recepción definitiva de los insumos quedará en firme una vez que se revisen y se constate que cumplen con las condiciones técnicas para cada insumo, en los casos que así lo permitan se realizarán las pruebas correspondientes como son algunos accesorios donde es necesario verificar su funcionamiento.

10. Los precios deben ser firmes y definitivos.

GBS 16 OCT '20 9:17

CALIDAD Y FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS ARTÌCULOS

1. Los insumos deben ser nuevos, libres de defectos y construidos con materiales de primera calidad. No deben tener defectos que menoscaben su apariencia, funcionamiento y durabilidad.

2. Los insumos deberán venir debidamente protegidos contra golpes, o cualquier otra situación que los deteriore.

3. Se debe de garantizar el funcionamiento óptimo de lo adjudicado, conforme a lo especificado en su oferta.

4. Los insumos deben de cumplir con la Normativa Internacional en el sistema de Gestión de Calidad para equipos médicos, diseño, desarrollo, y producción, tales como certificación CEE, ISO 13485:2000 y 2003, FDA.

5. Los insumos ofertados deberán cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Salud de Costa Rica en materia de registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico, para tal efecto deberá presentar el registro sanitario o en su defecto certificación emitida por el Ministerio de Salud Pública que haga constar que la inscripción del producto se encuentra aprobada.

6. Los certificados aportados deben ser originales o copias fotostáticas de la casa fabricante que estas condiciones se cumplen y estar vigentes, en caso de presentarse en otro idioma deberá de aportarse la traducción en idioma español.

7. ***Vencimiento de la esterilidad mínimo 24 meses a partir del ingreso del artículo a la Bodega de Almacenamiento y Distribución del Hospital William Allen de Turrialba y para los que no son estériles se solicita una garantía de dos años.***

EMPAQUE Y EMBALAJE

1. Los artículos deben venir debidamente empacados en condiciones óptimas de conservación.

2. Empaque primario: individual, que garantice la esterilidad del producto, con una cara transparente que permita visualizar el producto, con sistema abre fácil.

3. Rotulación del empaque primario: debe traer de fábrica: marca, casa fabricante, país de origen, nombre de producto, número de lote, número de referencia, dimensiones y tamaño (french) del producto, método de esterilización, vencimiento de la esterilidad, **cuando así lo requiera por sus condiciones de fabricación y comercialización, especificar que es un** producto "no tóxico" **se puede presentar mediante declaración del fabricante y se puede agregar mediante calcomanía de rotulación al producto.**
4. Empaque secundario: cajas de cartón o bolsas plásticas resistentes que den protección al artículo en su transporte y almacenamiento.

5. Rotulación del empaque secundario: como mínimo deberá de indicar nombre del producto, instrucciones de uso, número de lote, número de referencia, dimensiones del producto, método de esterilización, vencimiento de la esterilidad, especificar que es un producto "no tóxico".

TIEMPO MÁXIMO Y LUGAR DE ENTREGA

Entrega según demanda: Los pedidos se enviarán en oficio vía correo electrónico al adjudicatario, y contarán con un tiempo máximo de 10 días hábiles para entregar la mercadería. En caso de que se requiera con urgencia algún insumo, la entrega podrá realizarse antes del tiempo estipulado, ello sin perjuicio de ningún tipo para ambas partes.

Entregar en la Sub-Área de Almacenamiento y Distribución (Proveeduría) Hospital William Allen Taylor de Turrialba.

Horario: lunes a jueves de las 07:00 horas a las 14:00 horas, viernes de las 07:00 horas a las 13:00 horas.

CUADRO HISTORICO DE CONSUMO

Ítem	Código	Especificaciones	Unidad de medida	Consumo 2018	Consumo 2019	Servicio que solicita		
1	294011701	Sistema de irrigación fecal, con manga para bolsa de colostomía de dos piezas, para tamaño de aro de ostomía de 47 +- 3 mm.	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra
2	294011702	Sistema de irrigación fecal, con manga para bolsa de colostomía de dos piezas, para tamaño de aro de ostomía de 59 +- 3 mm.	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra
3	294010728	Anillo moldeable, para uso en los pacientes ostomizados con problemas dermatológicos con una medida de 98 mm ± 2 mm.	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra
4	294010708	Bolsa para uso en el periodo postoperatorio o casos especiales, drenable, sistema de una pieza de 65 ± 5 mm, en pacientes con ileostomía y colostomía	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra
5	294010676	Bolsas de colostomía cerradas para adultos sistema de dos piezas con medida de aro de 59 mm. ± 3 mm. Parche convexo rígido o flexible	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra
6	294010730	Cinturón para sujeción de parche o bolsa para uso exclusivo en los pacientes ostomizados.	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra

695 16 OCT '20 9:17

7	254020280	Aireadores timpánicos, similar a shepard.	Un	100	100	Cirugía general		Muestra
8	294011730	Funda descartable para microscopio	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra
9	254017325	Tapones de Epitaxis o sangrado nasal de 5.5 cm	Ud	20	20	Cirugía general Emergencias		Muestra
10	254017326	Tapones de Epitaxis o sangrado nasal de 7.5 cm	Ud	20	20	Cirugía general		Muestra
11	212020136	Tapones de estanqueidad de 12mm para torre de laparoscopia.	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra
12	212020134	Tapones de estanqueidad de 5mm para torre de laparoscopia.	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra
13	212020135	Tapones de estanqueidad de 10mm para torre de laparoscopia.	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra
14	212011501	Pinza con bolsa recolectora de espécimen(endopouch) de 10mm de diametro, descartable, para uso en laparoscopia, con mecanismo de cierre hermético, para aislar espécimen (vesícula)	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra
15	294022915	Malla estéril para reparación de hernias inguinales e Incisiónales, dimensiones: 15 x 15 cm.	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra
16	294020338	Malla de polipropileno monofilamento de baja densidad de 30 x30 cm	Un	0	0	Cirugía general	Insumo Nuevo	Muestra
17	272016550	Rollo de alambre cerclaje de 1.1 +/- 0,2 mm, longitud 10 m, de acero inoxidable.	Un	2	2	Cirugía general		No
18	203010889	Catéter intravenoso calibre 14 G Longitud 4+/-cm	Un	90	95	Anestesia		Muestra
19	203010890	Catéter intravenoso calibre 16 G Longitud 4+/-cm	Un	95	90	Anestesia		Muestra
20	203010690	Sensor de índice, tipo AG-AGCL para adulto dimensiones de 25cm a 30cm x 2.5 cm+/-.5cm de polierte reverso adhesivo, compatible con monitor BIS Modelo	Un	0	0	Anestesia	Insumo Nuevo	NO

		A2000xp y datex. ohmeda						
21	294010195	Agujas espinales descartables, n°22 x 1 1/2	Un	10	10	Anestesia		Muestra
22	294010198	Aguja de espinales n° 20x9 cm	Un	10	10	Anestesia		Muestra
23	203012032	Hojas para laringoscopio fibra óptica curva n° 2.	Un	0	0	Anestesia (50) y emergencias (25)	Insumo Nuevo	No
24	203012033	Hojas para laringoscopio fibra óptica curva n° 3.	Un	0	0	Anestesia (100) y emergencias (50)	Insumo Nuevo	NO
25	203012034	Hojas para laringoscopio fibra óptica curva n° 4.	Un	0	0	Anestesia (100) y emergencias (50)	Insumo Nuevo	NO
26	206010030	Catéter arterial para introducción con técnica de Seldinger para uso pediátrico de 8cms 3FR	Un	18	20	Anestesia (10) y emergencias (10)		Muestra
27	254017330	Taponamiento nasal tipo rapid-rhino	Un	0	0	Emergencias (20) y cirugía general (20)	Insumo Nuevo	Muestra
28	239011300	Filtro bacteriológico	Un	90	100	Emergencias		Muestra
29	203014400	Set para cricotorotomia para acceso de emergencia a las vías aéreas cuando la intubación endotraqueal convencional puede ser realizada	Un	2	1	Emergencias		Muestra
30	209010645	Kit de pericardiocentesis.	Un	2	2	Emergencias		Muestra
31	278011029	Catéter de pericardiocentesis de 8 a8.5 french	Un	1	1	Emergencias		Muestra
32	209010902	Catéter torácico para drenaje pleural con válvula de Heimlich	Un	0	0	Emergencias (20) y medicina interna (10)	Insumo Nuevo	Muestra
33	266010587	Catéter de drenaje percutáneo multiuso (pig tail) 12 fr x 30 cm	Un	0	0	Emergencias (10) y medicina interna (10)	Insumo Nuevo	Muestra
34	239010230	Interface para ventilación mecánica no invasiva tipo escafandra adulto descartable talla S	Un	10	10	Emergencias (5) y medicina interna (5)		Muestra
35	239010232	Interface para ventilación mecánica no invasiva tipo escafandra adulto descartable talla L	Un	10	10	Emergencias (5) y medicina interna(5)		Muestra
36	250010070	Aguja tipo gripper de 0.9mm x 25mm	Un	0	0	Emergencias (30) y medicina interna (20)	Insumo Nuevo	Muestra
37	224010270	Catéter de gastrostomía percutánea endoscópica, tipo pull	Un	25	30	Medicina interna		

38	239011013	Filtro bacteriológico descartable para espirómetro y/o pletismógrafo.	Un	200	195	Medicina interna		Muestra
39	278010410	Manómetro manual capaz de medir la presión del balón del tubo endotraqueal y cánulas de traqueostomía para evitar las fugas de aire	Un	0	0	Medicina interna	Insumo Nuevo	Catalogo
40	239011112	Sonda con catéter torácico para drenaje pleural con válvula de Heimlich (neumocat)	Un	0	0	pediatría	Insumo Nuevo	
41	203015099	Guía para intubación pediátrica, medida 2,5-4 mm (7,5-12 fr)	Un	0	0	Pediatría	Insumo Nuevo	
42	203015090	Guía o Estilete de intubación 10FR	Un	6	8	Pediatría	Insumo Nuevo	
43	294010865	Catéter de polietileno para arteria umbilical 3.5 fr.	Un	0	0	Pediatría	Insumo Nuevo	
44	227010075	Kit de prueba rápida para diagnóstico de ruptura prematura de membranas.	Un	0	0	Ginecología	Insumo Nuevo	NO
45	294010558	Aplicador algodón extragrande.	Un	0	0	Ginecología	Insumo Nuevo	NO
46	272024001	Estoquineta tubular de 2.54 cm (1 pulgada) 100% sintética0	Rollos	3	3	Odontología		
47	203010984	Catéter intravenoso #14 g, de 5 +/-1 cms.	Un	200	180	Centro de equipos		
48	294020492	Poliglactina 910 calibre 5-0, sutura sintética absorbible, reverso cortante, con aguja de 3/8 circulo de 13.00mm, hebra de 45cm de longitud.	Un	60	48	Centro de equipos		
49	209010903	Kit de catéter torácico para drenaje pleural	Un	15	15	Emergencias		Muestra
50	242012700	Set para punción lumbar descartable adulto con raquimanómetro	Un	20	20	Emergencias		Muestra
51	242012701	Set para punción lumbar descartable pediátrico-neonatal	Un	10	10	Emergencias		Muestra
52	203011022	Circuito de mangueras de plástico corrugado descartable, para adulto, manguera dentro de manguera para máquina de anestesia, libre de látex con una longitud de 150cm a 200 cm.	Un	2000	2000	Anestesia		NO

C) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS

Ítem	Código	Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad anual estimada	Primera Entrega	Plazo Máximo Entrega primera entrega	Servicio que solicita
1	294011701	Sistema de irrigación fecal, con manga para bolsa de colostomía de dos piezas, para tamaño de aro de ostomía de 47 +- 3 mm.	Un	50	20	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
2	294011702	Sistema de irrigación fecal, con manga para bolsa de colostomía de dos piezas, para tamaño de aro de ostomía de 59 +- 3 mm.	Un	50	20	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
3	294010728	Anillo moldeable, para uso en los pacientes ostomizados con problemas dermatológicos con una medida de 98 mm ± 2 mm.	Un	100	30	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
4	294010708	Bolsa para uso en el periodo postoperatorio o casos especiales, drenable, sistema de una pieza de 65 ± 5 mm, en pacientes con ileostomía y colostomía	Un	50	20	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
5	294010676	Bolsas de colostomía cerradas para adultos sistema de dos piezas con medida de aro de 59 mm. ± 3 mm. Parche convexo rígido o flexible	Un	300	100	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
6	294010730	Cinturón para sujeción de parche o bolsa para uso exclusivo en los pacientes ostomizados.	Un	20	10	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
7	254020280	Aireadores timpánicos, similar a shepard.	Un	100	50	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
8	294011730	Funda descartable para microscopio	Un	80	30	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
9	254017325	Tapones de Epitaxis o sangrado nasal de 5.5 cm	Ud	20	10	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general Emergencia
10	254017326	Tapones de Epitaxis o sangrado nasal de 7.5 cm	Ud	20	10	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general Emergencia

11	212020136	Tapones de estaqueidad de 12mm para torre de laparoscopia.	Un	100	50	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
12	212020134	Tapones de estaqueidad de 5mm para torre de laparoscopia.	Un	100	50	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
13	212020135	Tapones de estaqueidad de 10mm para torre de laparoscopia.	Un	100	50	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
14	212011501	Pinza con bolsa recolectora de espécimen(endopouch) de 10mm de diametro, descartable, para uso en laparoscopia, con mecanismo de cierre hermético, para aislar espécimen (vesícula)	Un	100	50	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
15	294022915	Malla estéril para reparación de hernias inguinales e incisiónales, dimensiones: 15 x 15 cm.	Un	200	100	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
16	294020338	Malla de polipropileno monofilamento de baja densidad de 30 x30 cm	Un	30	10	Máximo 30 días hábiles	Cirugía general
17	272016550	Rollo de alambre cerclaje de 1.1 +/- 0,2 mm, longitud 10 m, de acero inoxidable.	Un	2	1	Máximo 45 días hábiles	Cirugía general
18	203010889	Catéter intravenoso calibre 14 G Longitud 4+/-cm	Un	100	40	Máximo 30 días hábiles	Anestesia
19	203010890	Catéter intravenoso calibre 16 G Longitud 4+/-cm	Un	100	40	Máximo 30 días hábiles	Anestesia
20	203010690	Sensor de índice, tipo AG-AGCL para adulto dimensiones de 25cm a 30cm x 2.5 cm+/-.5cm de polierte reverso adhesivo, compatible con monitor BIS Modelo A2000xp y datex. ohmeda	Un	100	40	Máximo 30 días hábiles	Anestesia
21	294010195	Agujas espinales descartables, n°22 x 1 1/2	Un	10	5	Máximo 30 días hábiles	Anestesia
22	294010198	Aguja de espinales N° 20x9 cm	Un	10	5	Máximo 30 días hábiles	Anestesia
23	203012032	Hojas para laringoscopio fibra óptica curva N° 2.	Un	75	40	Máximo 30 días hábiles	Anestesia (50) y emergencias (25)
24	203012033	Hojas para laringoscopio fibra óptica curva N° 3.	Un	150	75	Máximo 30 días hábiles	Anestesia (100) y emergencias (50)
25	203012034	Hojas para laringoscopio fibra óptica curva N° 4.	Un	150	75	Máximo 30 días hábiles	Anestesia (100) y emergencias (50)

26	206010030	Catéter arterial para introducción con técnica de Seldinger para uso pediátrico de 8cms 3FR	Un	20	10	Máximo 30 días hábiles	Anestesia (10) y emergencias (10)
27	254017330	Taponamiento nasal tipo rapid-rhino	Un	40	20	Máximo 30 días hábiles	Emergencias (20) y cirugía general (20)
28	239011300	Filtro bacteriológico	Un	100	50	Máximo 30 días hábiles	Emergencias
29	203014400	Set para cricotorotomia para acceso de emergencia a las vías aéreas cuando la intubación endotraqueal convencional puede ser realizada	Un	4	4	Máximo 30 días hábiles	Emergencias
30	209010645	Kit de pericardiocentesis.	Un	3	3	Máximo 30 días hábiles	Emergencias
31	278011029	Catéter de pericardiocentesis de 8 a8.5 french	Un	2	2	Máximo 30 días hábiles	Emergencias
32	209010902	Catéter torácico para drenaje pleural con válvula de Heimlich	Un	30	15	Máximo 30 días hábiles	Emergencias (20) y medicina interna (10)
33	266010587	Catéter de drenaje percutáneo multiuso (pig talil) 12 fr x 30 cm	Un	20	10	Máximo 30 días hábiles	Emergencias (10) y medicina interna (10)
34	239010230	Interface para ventilación mecánica no invasiva tipo escafandra adulto descartable talla S	Un	10	5	Máximo 30 días hábiles	Emergencias (5) y medicina interna (5)
35	239010232	Interface para ventilación mecánica no invasiva tipo escafandra adulto descartable talla L	Un	10	5	Máximo 30 días hábiles	Emergencias (5) y medicina interna (5)
36	250010070	Aguja tipo gripper de 0.9mm x 25mm	Un	50	30	Máximo 30 días hábiles	Emergencias (30) y medicina interna (20)
37	224010270	Catéter de gastrostomía percutánea endoscópica, tipo pull	Un	30	15	Máximo 30 días hábiles	Medicina interna
38	239011013	Filtro bacteriológico descartable para espirómetro y/o pletismógrafo.	Un	200	100	Máximo 30 días hábiles	Medicina interna
39	278010410	Manómetro manual capaz de medir la presión del balón del tubo endotraqueal y cánulas de traqueostomía para evitar las fugas de aire	Un	10	5	Máximo 30 días hábiles	Medicina interna

40	239011112	Sonda con catéter torácico para drenaje pleural con válvula de heimlich (neumocat)	Un	30	15	Máximo 30 días hábiles	pediatría
41	203015099	Guía para intubación pediátrica, medida 2,5-4 mm (7,5-12 fr)	Un	5	5	Máximo 30 días hábiles	Pediatría
42	203015090	Guía o Estilete de intubación 10FR	Un	10	10	Máximo 30 días hábiles	Pediatría
43	294010865	Catéter de polietileno para arteria umbilical 3.5 fr.	Un	8	8	Máximo 30 días hábiles	Pediatría
44	227010075	Kit de prueba rápida para diagnostico de ruptura prematura de membranas.	Un	70	30	Máximo 30 días hábiles	Ginecología
45	294010558	Aplicador algodón extragrande.	Un	1000	300	Máximo 30 días hábiles	Ginecología
46	272024001	Estoquineta tubular de 2.54 cm(1 pulgada) 100% sintética0	Rollos	4	2	Máximo 30 días hábiles	Odontología
47	203010984	Catéter intravenoso #14 g, de 5 +/-1 cms.	Un	300	100	Máximo 30 días hábiles	Centro de equipos
48	294020492	Poliglactina 910 calibre 5-0, sutura sintética absorbible, reverso cortante, con aguja de 3/8 circulo de 13.00mm, hebra de 45cm de longitud.	Un	48	12	Máximo 30 días hábiles	Centro de equipos
49	209010903	Kit de catéter torácico para drenaje pleural	Un	10	5	Máximo 30 días hábiles	Emergencias
50	242012700	Set para punción lumbar descartable adulto con raquimanómetro	Un	50	20	Máximo 30 días hábiles	Emergencias
51	242012701	Set para punción lumbar descartable pediátrico-neonatal	Un	20	10	Máximo 30 días hábiles	Pediatría
52	203011022	Circuito de mangueras de plástico corrugado descartable, para adulto, manguera dentro de manguera para máquina de anestesia, libre de látex con una longitud de 150cm a 200 cm	Un	2000	400	Máximo 30 días hábiles	Anestesia

ÍTEM 1

Nombre del insumo: ***Sistema de irrigación fecal, con manga para bolsa de colostomía de dos piezas, para tamaño de aro de ostomía de 47 +/- 3 mm***
Cantidad a comprar: ***Cincuenta (50) unidades***

1. Bolsa plástica transparente grado médico de alta calidad sin decoración y segura para poder realizar múltiples irrigaciones.
2. De 70 a 100 cm de longitud
3. Totalmente compatible su tamaño con el tamaño del aro 47 +/- 3 mm.
4. La bolsa debe tener forma de manga de viento
5. La bolsa debe tener un excelente sello a todo su alrededor que evite filtraciones o derrames
6. La porción distal debe tener cierre tipo "roll-on" o de prensa de fácil manejo
7. Sin respaldo adhesivo
8. El acople ent5re el aro y la manga debe ser perfecto, de tal forma que no exista la posibilidad de accidentes o desprendimiento de la manga durante el procedimiento. *Se considera variable excluyente que las mangas y los aros no se acoplen perfectamente.*
9. Libre de látex.

ÍTEM 2

Nombre del insumo: ***Sistema de irrigación fecal, con manga para bolsa de colostomía de dos piezas, para tamaño de aro de ostomía de 59 +/- 3 mm***
Cantidad a comprar: ***Cincuenta (50) unidades***

1. Bolsa plástica transparente grado médico de alta calidad sin decoración y segura para poder realizar múltiples irrigaciones.
2. De 70 a 100 cm de longitud
3. Totalmente compatible su tamaño con el tamaño del aro 59 +/- 3 mm.
4. La bolsa debe tener forma de manga de viento
5. La bolsa debe tener un excelente sello a todo su alrededor que evite filtraciones o derrames
6. La porción distal debe tener cierre tipo "roll-on" o de prensa de fácil manejo
7. Sin respaldo adhesivo
8. El acople entre el aro y la manga debe ser perfecto, de tal forma que no exista la posibilidad de accidentes o desprendimiento de la manga durante el procedimiento. *Se considera variable excluyente que las mangas y los aros no se acoplen perfectamente.*
9. Libre de látex.

ÍTEM 3

Nombre del insumo: ***Anillo moldeable, para uso en los pacientes ostomizados con problemas dermatológicos con una medida de 98 mm +/- 2 mm***
Cantidad a comprar: ***Cien (100) unidades***

1. Anillo con un tamaño de 98 mm +/- 2 mm
2. Anillo plano, moldeable sin aro rígido
3. Debe ser de un material anti-alergénico, no tóxico, libre de látex, libre de alcohol, libre de alginatos.
4. Anillo resistente a la erosión, sobre todo la producida por las excretas.
5. El material del anillo debe poseer propiedades adhesivas y a la vez protectoras y regeneradoras de la piel, ofreciendo además cicatrización de la piel.
6. El material del anillo debe ser maleable, pero sin guardar memoria, de tal forma que conserve la estructura solicitada.
7. Debe ser de fácil aplicación y remoción, sin que quede residuo a la hora de retirarlo.
8. El material del anillo debe ser hidrocoloide.
9. Debe tener presentación individual, y cada uno debe incluir las instrucciones de uso y colocación en idioma español

ÍTEM 4

Nombre del insumo: ***Bolsa para uso en el periodo postoperatorio o casos especiales, drenable, sistema de una pieza de 65 +/- 5 mm, en pacientes con ileostomía y colostomía.***
Cantidad a comprar: ***Cincuenta (50) unidades***

1. Bolsa con un tamaño útil de 140 mm +/- 20 mm de ancho, y 210 mm +/- 20 mm de largo.
2. De un material aislante y transparente
3. De alta calidad de confección grado médico y sin decoración o logo alguno.
4. Suave, flexible, delgada, que produzca el mínimo ruido al moverse.
5. Debe contener un filtro de carbón vegetal que desodorice el interior de la bolsa y evite malos olores.
6. Debe contener un protector incorporado en la cara interna de la bolsa (la que está en contacto con la piel) de tela no tejida, y debe abarcar toda la cara interna, con el objetivo de proteger la piel contra la maceración y sudoración. No puede ser de plástico en ninguna parte de su extensión.
7. La cara externa debe ser transparente de tal forma que permita valorar la estoma y sus secreciones bajo visión directa.
8. Puede contener o no anillo microporosa.
9. No puede contener componentes que irriten la piel o que produzcan alergias.
10. Debe permitir que la materia fecal descienda fácilmente dentro de la bolsa por gravedad.
11. No debe permitir filtraciones a través de sus bordes, o sea debe tener un sello alrededor total, el cual se verificará cuando se haga la revisión organoléptica de la muestra.
12. La bolsa en su extremo inferior debe poseer un sistema de abertura/cierre que permita la fácil evacuación de las excretas. Debe contar con un sistema de drenaje abierto, el cual debe ser

amigable y de fácil manejo, que permita una apertura fácil y con un cierre totalmente hermético, independientemente del número de veces que se deba abrir y cerrar.

13. Debe ser de tipo "roll-on" o de enrolle.
14. Debe ser drenable, con cierre distal seguro incorporado a la bolsa, no debe ser abatible, además de fácil manejo y que no permita fugas.
15. Debe ser resistente al agua, para lo cual el material no debe humedecerse.
16. Debe incluir como accesorios: instrucciones en español, con dibujos específicos sobre la colocación del insumo, tabla de medida de la estoma, puede o no incluir protector esto de acuerdo a la necesidad del producto ofertado.

ÍTEM 5

Nombre del insumo: ***Bolsa de colostomía cerradas para adultos. Sistema de dos piezas con medida de aro de 59 mm +/-3 mm.***
Cantidad a comprar: ***Trescientas (300) unidades***

1. Bolsa con un tamaño útil de 140 mm +/- 20 mm de ancho, y 210 mm +/- 20 mm de largo.
2. De un material aislante y opaco de tal forma que no permita ver su contenido desde el exterior.
3. De alta calidad de confección grado médico y sin decoración o logo alguno.
4. Suave, flexible, delgada, que produzca el mínimo ruido al moverse.
5. Debe contener un filtro de carbón vegetal que desodorice el interior de la bolsa y evite malos olores.
6. Debe contener un protector incorporado en la cara interna de la bolsa (la que está en contacto con la piel) de tela no tejida, y debe abarcar toda la cara interna, con el objetivo de proteger la piel contra la maceración y sudoración. No puede ser de plástico en ninguna parte de su extensión.
7. La cara protectora de la piel debe evitar la maceración y sudoración, por lo que no debe ser de plástico o similares, por el contrario, debe ser de tela no tejida, hipo alergénica de derivados naturales.
8. No puede contener componentes que irriten la piel o que produzcan alergias.
9. Debe permitir que la materia fecal descienda fácilmente dentro de la bolsa por gravedad.
10. No debe permitir filtraciones a través de sus bordes, o sea debe tener un sello alrededor total, el cual se verificará cuando se haga la revisión organoléptica de la muestra.
11. Debe ser resistente al agua, para lo cual el material no debe humedecerse. En caso de humedecerse a la hora del baño, debe ser de fácil secado.
12. Debe incluir como accesorios: instrucciones en español, con dibujos específicos sobre la colocación del insumo, tabla de medida de la estoma, puede o no incluir protector esto de acuerdo a la necesidad del producto ofertado.

ÍTEM 6

Nombre del insumo: ***Cinturón para sujeción de parche o bolsa para uso exclusivo en los pacientes ostomizados.***
Cantidad a comprar: ***Veinte (20) unidades***

1. Cinturón ajustable para la sujeción de parche o bolsa para uso exclusivo en los pacientes ostomizados y de uso obligatorio en placa convexa.
2. Cinturón tipo faja de material elástico de alta calidad, no debe deshilacharse, no debe guardar "memoria".
3. Debe ser de 3 a 5 cm de ancho por 1 a 1.5 metros de largo.
4. Apto para el uso de pacientes de contextura delgada y gruesa con circunferencias abdominales anchas y delgadas.
5. Debe poder ajustarse por medio de un dispositivo incorporado al cinturón que permita correr la banda elástica hasta lograr el ajuste adecuado para el paciente.
6. Construido en material antialérgico, sin látex, sin tóxicos, con un color claro que permita monitorizar la limpieza.
7. Debe ser liso, sin logos o aditamentos extra que pudieran dañar la piel del usuario, bordes completamente lisos para evitar daños a la piel.
8. En los extremos del cinturón, éste debe tener dos aletas de fijación que se acoplen al parche o bolsa de colostomía de los diferentes tipos disponibles en la institución.
9. Ambas aletas deben ser del mismo tamaño de la bando, a lo ancho del cinturón para dar perfecto estiramiento y uniformidad al cinturón.
10. Las aletas en su parte central deben poseer un "clip" tipo enganche que se acople a la bolsa, sumamente segura con mínima probabilidad de que se des adapte accidentalmente.
11. El material del cinturón debe lavable, de fácil secado y además reutilizable de larga duración.

ÍTEM 7

Nombre del insumo: ***Aireadores timpánicos***
Cantidad a comprar: ***Cien (100) unidades***

1. Aireador timpánico tipo Shepard
2. Debe ser de un milímetro de diámetro interno como mínimo.
3. Con un diámetro externo no mayor a 3 mm
4. Con una longitud no menor a 2 mm
5. El material de confección debe ser de fluoroplastic o de silicona dura.

ÍTEM 8

Nombre del insumo: ***Funda descartable para microscopio***
Cantidad a comprar: ***Ochenta (80) unidades***

1. Funda estéril para microscopio de ORL modelo ZEISS OPMI
2. De un solo uso

3. Debe poseer tres puertos de visualización
4. Cubierta de lente de objetivo extraíble, medidas 1.35 X 1.6 m standard.

ÍTEM 9

Nombre del insumo: ***Taponamiento nasal***
Cantidad a comprar: ***Veinte (20) unidades.***

1. Compresas nasales para el control de hemorragia nasal anterior ***CON balón inflable, SIN vía***.
2. Sencillo de insertar y retirar.
3. Que se adapte rápidamente a la anatomía nasal.
4. Que proporcione una compresión suave y uniforme en el sitio del sangrado.
5. Hechas de un material suave (merosel), blando, de bordes redondeados.
6. En uno de los extremos debe contar con un hilo fuertemente adherido a la compresa para facilitar la extracción del paciente.
7. Debe estar confeccionado de un material que evite quedar adherido a la mucosa del paciente, minimizando el dolor o molestia del paciente a la hora de retirarlo.
8. Hecho de material hipo alergénico y libre de látex
9. Dispuesta en cajas de 10 unidades
10. Con tamaños de 5.5 cm +/- 1 cm

ÍTEM 10

Nombre del insumo: ***Taponamiento nasal***
Cantidad a comprar: ***Veinte (20) unidades.***

1. Compresas nasales para el control de hemorragia nasal anterior ***CON balón inflable, SIN vía.***
2. Sencillo de insertar y retirar.
3. Que se adapte rápidamente a la anatomía nasal.
4. Que proporcione una compresión suave y uniforme en el sitio del sangrado.
5. Hechas de un material suave (merosel), blando, de bordes redondeados.
6. En uno de los extremos debe contar con un hilo fuertemente adherido a la compresa para facilitar la extracción del paciente.
7. Debe estar confeccionado de un material que evite quedar adherido a la mucosa del paciente, minimizando el dolor o molestia del paciente a la hora de retirarlo.
8. Hecho de material hipo alergénico y libre de látex
9. Dispuesta en cajas de 10 unidades
10. Con tamaños de 7.5 cm +/- 1cm

ÍTEM 11

Nombre del insumo: ***Tapones de estaqueidad de 12 mm para torre laparoscópica.***
Cantidad a comprar: ***Cien (100) unidades***

1. Tapones esterilizables a vapor y a baja temperatura
2. Para ser utilizado con trocar tamaño 12mm
3. Compatible con trocar STORZ.

ÍTEM 12

Nombre del insumo: ***Tapones de estaqueidad de 5 mm para torre laparoscópica.***
Cantidad a comprar: ***Cien (100) unidades***

1. Tapones esterilizables a vapor y a baja temperatura
2. Para ser utilizado con trocar tamaño 5 mm
3. Compatible con trocar STORZ.

ÍTEM 13

Nombre del insumo: ***Tapones de estaqueidad de 10 mm para torre laparoscópica.***
Cantidad a comprar: ***Cien (100) unidades***

1. Tapones esterilizables a vapor y a baja temperatura
2. Para ser utilizado con trocar tamaño 10 mm
3. Compatible con trocar STORZ.

ÍTEM 14

Nombre del insumo: ***Pinza con bolsa recolectora de espécimen (endopouch) para uso en laparoscopía.***
Cantidad a comprar: ***Cien (100) unidades***

1. Para utilizar en cirugías laparoscópicas.
2. Bolsa de recuperación de plástico flexible que se desliza en el cable de memoria.
3. De fácil apertura luego del despliegue en la cavidad del cuerpo y manteniendo una posición totalmente abierta.
4. Con mecanismo de cierre hermético u otro mecanismo de cierre.
5. Para aislar espécimen (vesícula biliar)
6. Descartable
7. Con un diámetro de 10 cm
8. Con una capacidad de volumen de 200 ml+/-25ML
9. Para utilizar en trocar de 10 mm
10. De poliuretano
11. Debe contar con un anillo plástico flexible auto expandible reforzado de fácil apertura dentro de la cavidad para mayor y más fácil colocación del espécimen dentro de la bolsa.
12. De forma cónica al final de la bolsa para mejor colocación del espécimen.
13. Con anillo al final del hilo de plástico para mejor y más fácil extracción por el puerto o trocar.

ÍTEM 15

Nombre del insumo: ***Malla estéril para reparación de hernias de 15 X 15 cm***
Cantidad a comprar: ***Doscientas (200) unidades***

1. Malla estéril para la reparación de hernias inguinales e insicionales
2. Dimensiones de 15 X 15 cm
3. Malla de monofilamento polipropileno tricotados, lo que permite estirar la malla en ambas direcciones para su adecuada colocación y reforzamiento de los defectos tisulares.
4. Material no absorbible
5. Con alta resistencia a la tensión u rotura.
6. Flexible.
7. Inerte en caso de infección
8. No tóxica, no humectable, con baja reacción ante los cuerpos extraños
9. Que permita ser cortada sin que se produzca deshilachamientos.
10. De fácil manipulación.
11. Malla re esterilizable y no re esterilizable
12. En empaque individual hermético que de protección y preserve la esterilidad.

ÍTEM 16

Nombre del insumo: ***Malla de polipropileno monofilamento de baja densidad de 30 X 30 cm***
Cantidad a comprar: ***Treinta (30) unidades***

1. Malla estéril para la reparación de hernias inguinales e Incisiónales
2. Dimensiones de 30 X 30 cm
3. Malla de monofilamento polipropileno tricotados, lo que permite estirar la malla en ambas direcciones para su adecuada colocación y reforzamiento de los defectos tisulares.
4. Material no absorbible
5. Con alta resistencia a la tensión u rotura.
6. Flexible.
7. De baja densidad inferior a 40 +/-5 g X m2.
8. Inerte en caso de infección
9. No tóxica, no humectable, con baja reacción ante los cuerpos extraños
10. Que permita ser cortada sin que se produzca deshilachamientos.
11. De fácil manipulación.
12. Debe permitir re esterilizarla a vapor
13. En empaque individual hermético que de protección y preserve la esterilidad.

ÍTEM 17

Nombre del insumo: ***Rollo de alambre cerclaje de Racero inoxidable.***
Cantidad a comprar: ***Dos (02) unidades***

1. Rollo de alambre para cerclaje de acero inoxidable
2. De 1.8 a 2 mm de espesor

3. Con una longitud de 10 metros

ÍTEM 18

Nombre del insumo: ***Catéter venoso 14G***
Cantidad a comprar: ***Cien (100) unidades***

1. Catéter que permite accesar a la cavidad abdominal, parcial o totalmente con propósitos terapéuticos y diagnóstico.
2. Catéter Venoso de 14G
3. Con un acabado de toda la superficie uniforme, libre de fisuras, rebabas, fracturas, grietas, áreas rugosas, muescas, obstrucción, poros, corrosión o superposición de material extraño.
1. Debe estar compuesto de tres partes: catéter, aguja tipo mandril y tapón.
2. Catéter de poliuretano o Teflón, radiopaco, con punta uniforme o cónica y bordes perfectamente redondeados con excelente acabado.
3. La parte interna del catéter debe estar totalmente libre de asperezas que facilite el fluido.
4. El extremo proximal del catéter debe tener un pabellón del mismo material, identificado con el color universal de acuerdo a su diámetro, que además debe permitir adaptar un set de infusión o una jeringa hipodérmica.
5. El proceso de siliconado, entre el catéter y la aguja interior no debe permitir que el catéter se enrolle o retraiga a la hora de realizar la punción. Si esto ocurre se considera como un defecto crítico del producto.
6. La aguja tipo mandril debe ser un tubo de acero inoxidable auténtico.
7. La aguja debe tener un filo cortante, no debe tener punta roma deformada o sin filo. Con una superficie pulida en su totalidad.
8. La aguja debe estar firmemente anclada al pabellón, el cual debe tener una longitud de 2 a 2 ½ pulgadas, que facilite su agarre y con superficie reticulada.
9. La aguja debe estar introducida dentro del catéter, sobresaliendo de él únicamente la lanceta.
10. Catéter, aguja y pabellón del catéter deben acoplarse perfectamente.
11. El tapón debe ser desprendible con filtro de membrana hidrofóbica permita el retroceso de la sangre, pero que impida el goteo de la misma.
12. Con presentación estéril, protegido en una funda protectora de material plástico rígido, traslúcido, con buena resistencia mecánica para proteger la cánula contra posibles deformaciones o accidentes durante su manipulación.
13. Material atóxico

ÍTEM 19

Nombre del insumo: ***Catéter venoso 16G***
Cantidad a comprar: ***Cien (100) unidades***

1. Catéter que permite accesar a la cavidad abdominal, parcial o totalmente con propósitos terapéuticos y diagnóstico.
2. Catéter Venoso de 16G
3. Con un acabado de toda la superficie uniforme, libre de fisuras, rebabas, fracturas, grietas, áreas rugosas, muescas, obstrucción, poros, corrosión o superposición de material extraño.
4. Debe estar compuesto de tres partes: catéter, aguja tipo mandril y tapón.

5. Catéter de poliuretano o Teflón, radiopaco, con punta uniforme o cónica y bordes perfectamente redondeados con excelente acabado.
6. La parte interna del catéter debe estar totalmente libre de asperezas que facilite el fluido.
7. El extremo proximal del catéter debe tener un pabellón del mismo material, identificado con el color universal de acuerdo a su diámetro, que además debe permitir adaptar un set de infusión o una jeringa hipodérmica.
8. El proceso de siliconado, entre el catéter y la aguja interior no debe permitir que el catéter se enrolle o retraiga a la hora de realizar la punción. Si esto ocurre se considera como un defecto crítico del producto.
9. La aguja tipo mandril debe ser un tubo de acero inoxidable auténtico.
10. La aguja debe tener un filo cortante, no debe tener punta roma deformada o sin filo. Con una superficie pulida en su totalidad.
11. La aguja debe estar firmemente anclada al pabellón, el cual debe tener una longitud de 2 a 2 ½ pulgadas, que facilite su agarre y con superficie reticulada.
12. La aguja debe estar introducida dentro del catéter, sobresaliendo de él únicamente la lanceta.
13. Catéter, aguja y pabellón del catéter deben acoplarse perfectamente.
14. El tapón debe ser desprendible con filtro de membrana hidrofóbica permita el retroceso de la sangre, pero que impida el goteo de la misma.
15. Con presentación estéril, protegido en una funda protectora de material plástico rígido, traslúcido, con buena resistencia mecánica para proteger la cánula contra posibles deformaciones o accidentes durante su manipulación.
16. Material atóxico

ÍTEM 20

Nombre del insumo: ***Sensor de función cerebral para el manejo anestésico.***
Cantidad a comprar: ***Cien (100) unidades***

1. Kit de entropía (sensor y cable de entropía)
2. Sensor y cables compatibles para monitores GE
3. Para ser utilizado en adultos y niños de 2 años en adelante
4. De un único uso, descartables.
5. Tiempo máximo de uso 24 hrs.,
6. Con una conexión y desconexión sencillas.
7. De material hipoalergénico, libre de látex, plomo, nitrilo, PVC y DEHP.
8. Con fuerte adhesividad para mayor seguridad en los cambios de posición durante el tiempo de cirugía.
9. Con un diseño flexible, adaptable a diferentes tamaños de cabeza de adultos y niños mayores a dos años.
10. Debe incluir los electrodos descartables con gel húmedo.
11. Puede ser utilizado durante una desfibrilación y durante electrocirugías sin ver afectada la señal.
12. Recoge la señal de electroencefalografía y electromiografía frontal durante la anestesia general.
13. Con mínima impedancia y máxima estabilidad lo que se traduce en una buena calidad de la señal.
14. Se asocia con una reducción del uso de anestesia y a una recuperación más rápida.

ÍTEM 21

Nombre del insumo: ***Agujas espinales descartables N°22 X 1 ½***
Cantidad a comprar: ***Cien (10) unidades***

1. Instrumento médico-quirúrgico utilizado para realizar extracción de líquido cefalorraquídeo o aplicar anestesia lumbar.
2. Aguja N°22 de 9 cms de longitud con punta de tres facetas
3. De bisel corto y afilado formado por una **C** nula de acero que contiene un estilete perfectamente acoplado.
4. Para el perfecto acoplamiento, los biseles y la **C** nula deben coincidir perfectamente eliminando el riesgo de desgarros del tejido.
5. La **C** nula es de acero, micro pulida, conservando la más estricta limpieza, su forma y filo debe ofrecer la mínima resistencia a la penetración, reduciendo el trauma de los tejidos. Debe terminar en un cono de agarre de 3.5 cm de largo con depresiones cóncavas laterales que faciliten una posición firme de los dedos y un manejo eficiente durante la punción, y además debe permitir la observación del fluido cerebroespinal por lo que debe ser transparente o semitransparente.
6. Debe poseer un sistema universal de acople que facilite el ensamblaje no solo del estilete sino de otros instrumentos como jeringas.
7. Debe traer grabada la orientación del bisel de la aguja, estilete o mandril.
8. El estilete o mandril, debe facilitar la suave inserción y la remoción, minimizando el trauma.
9. El estilete o mandril, debe adaptarse perfectamente con al C nula, ajustando firmemente de manera que aún si se presentan espasmos, las piezas deben permanecer firmes sin desprenderse.
10. El estilete o mandril, debe terminar con una base de 1 ½ cm de largo codificado con el color universal correspondiente al gauge de la aguja.

ÍTEM 22

Nombre del insumo: ***Agujas espinal (punción lumbar) N°20 X 9 cm***
Cantidad a comprar: ***Cien (10) unidades***

1. Instrumento médico-quirúrgico utilizado para realizar extracción de líquido cefalorraquídeo o aplicar anestesia lumbar.
2. Aguja N° 20 de 9 cms de longitud con punta de tres facetas
3. De bisel corto y afilado formado por una **C** nula de acero que contiene un estilete perfectamente acoplado.
4. Para el perfecto acoplamiento, los biseles y la **C** nula deben coincidir perfectamente eliminando el riesgo de desgarros del tejido.
5. La **C** nula es de acero, micro pulida, conservando la más estricta limpieza, su forma y filo debe ofrecer la mínima resistencia a la penetración, reduciendo el trauma de los tejidos. Debe terminar en un cono de agarre de 3.5 cm de largo con depresiones cóncavas laterales que faciliten una posición firme de los dedos y un manejo eficiente durante la punción, y además debe permitir la observación del fluido cerebroespinal por lo que debe ser transparente o semitransparente.

6. Debe poseer un sistema universal de acople que facilite el ensamblaje no solo del estilete sino de otros instrumentos como jeringas.
7. Debe traer grabada la orientación del bisel de la aguja, estilete o mandril.
8. El estilete o mandril, debe facilitar la suave inserción y la remoción, minimizando el trauma.
9. El estilete o mandril, debe adaptarse perfectamente con al C nula, ajustando firmemente de manera que aún si se presentan espasmos, las piezas deben permanecer firmes sin desprenderse.
10. El estilete o mandril, debe terminar con una base de 1 ½ cm de largo codificado con el color universal correspondiente al gauge de la aguja.

ÍTEM 23

Nombre del insumo: ***Hojas para Video Laringoscopio N°2***
Cantidad a comprar: ***Cien (75) unidades***

1. Hoja para video laringoscopio marca McGrath modelo MAC
2. Hoja N°2
3. De material plástico transparente, de un solo uso, libre de látex, no tóxico.
4. Presentación en empaques individuales de fácil apertura, transparente y con fácil visualización de la numeración de la hoja.

ÍTEM 24

Nombre del insumo: ***Hojas para Video Laringoscopio N°3***
Cantidad a comprar: ***Cien (150) unidades***

1. Hoja para video laringoscopio marca McGrath modelo MAC
2. Hoja N°3
3. De material plástico transparente, de un solo uso, libre de látex, no tóxico.
4. Presentación en empaques individuales de fácil apertura, transparente y con fácil visualización de la numeración de la hoja.

ÍTEM 25

Nombre del insumo: ***Hojas para Video Laringoscopio N°4***
Cantidad a comprar: ***Cien (150) unidades***

1. Hoja para video laringoscopio marca McGrath modelo MAC
2. Hoja N°4
3. De material plástico transparente, de un solo uso, libre de látex, no tóxico.
4. Presentación en empaques individuales de fácil apertura, transparente y con fácil visualización de la numeración de la hoja.

ITEM 26
Nombre del Insumo: ***Catéter para línea arterial de 3 FR X 6-8 cm***
Cantidad a comprar: ***Treinta (20) unidades***

1. Catéter arterial para introducción con técnica de Seldinger semejante al Leader Cath
2. De 8 cm 3 Fr.
3. Con guía de 20 cm de longitud.
4. Presentación en empaque individual fuerte, resistente a la manipulación y almacenamiento
5. Para el manejo de emergencias médico-quirúrgicas
6. Permite el monitoreo invasivo de la presión arterial y variables cardíacas del paciente críticamente enfermo.
7. El catéter debe permitir la toma de muestras sanguíneas a través de él.
8. Descartable, de un único uso.

ÍTEM 27

Nombre del insumo: ***Taponamiento nasal tipo rapid-rhino***
Cantidad a comprar: ***Cuarenta (40) unidades.***

1. Compresas nasales para el control de hemorragia nasal anterior ***sin balón, sin vía.***
2. Sencillo de insertar y retirar
3. Que se adapte rápidamente a la anatomía nasal.
4. Que proporcione una compresión suave y uniforme en el sitio del sangrado.
5. Hechas de un material suave (merosel), blando, de bordes redondeados.
6. En uno de los extremos debe contar con un hilo fuertemente adherido a la compresa para facilitar la extracción del paciente.
7. Debe estar confeccionado de un material que evite quedar adherido a la mucosa del paciente, minimizando el dolor o molestia del paciente a la hora de retirarlo.
8. Hecho de material hipo alergénico y libre de látex
9. Dispuesta en cajas de 10 unidades
10. Disponible en tamaños de 4.5 cm +/- 1 cm y de 8 cm +/- 1cm.

ITEM 28
Nombre del Insumo: ***Filtro bacteriológico***
Cantidad a comprar: ***Cien (100) unidades***

1. Para ser utilizados en ventiladores mecánicos marca MAQUET SERVO-air
2. Con filtro HEPA
3. Debe contar con baja resistencia inspiratoria y espiratoria.
4. Con gran eficiencia de filtración.
5. Con separador de agua incorporado para evitar incrementos en la resistencia al flujo cuando se usa en el tramo espiratorio.
6. Con capacidad de filtrar olores, bacterias y virus.

7. Con membranas de algo grado médico.
8. Bidireccional para facilitar el uso.
9. Apto para cualquier tipo de pacientes.
10. Con conexiones estándar.
11. Cobertor del filtro de plástico transparente
12. Un solo uso.
13. Fácil de cambiar sin necesidad de utilizar alguna herramienta.

ÍTEM 29

Nombre del insumo: ***Set de cricotirotomía***
Cantidad a comprar: ***Cuatro (04) set***

1. Equipo para el acceso de emergencia a las vías aéreas cuando la intubación endotraqueal convencional, no puede ser realizada.
2. De muy fácil colocación.
3. Con un filo o cuchilla de 10 mm de largo, montada en mango de agarre desmontable.
4. Filo o cuchillo de doble cara para mayor facilidad de uso.
5. Integrado al filo, debe poseer un gancho traqueal que permite abrir paso a la cánula.
6. Debe poseer una cánula con balón de baja presión, temporal para uso durante la emergencia, con conector universal de 15 mm.
7. La cánula debe poseer un introductor atraumático de 5.5 mm de espesor, que permita un paso suave y de confirmación a través de los anillos traqueales.
8. La cánula debe permitir un fácil retiro para la posterior colocación del dispositivo definitivo.
9. Debe poseer un cordón de fijación con gancho de agarre a la cánula.

ÍTEM 30

Nombre del insumo: ***Set para pericardiocentesis***
Cantidad a comprar: ***Tres (03) unidades***

Cada set debe incluir lo siguiente:

1. Para colocar con técnica de Seldinger
2. Aguja introductora en acero inoxidable de 22 G x 7 a 12 cm de largo
3. Guía metálica de 70 +/- 5 cm de largo 0,038 pulgadas de diámetro punta en "J"
4. Dilatadores radiopacos de 6 y 8 Fr
5. Catéter de poliuretano radiopaco tipo Pig Tail de 8 fr, multi-perforado de 40 +/- 5 cm de largo
6. Tubo adaptador multipropósito
7. Una llave de tres vías
8. Bolsa recolectora
9. Incluir jeringas de 6 y 12 cc

ÍTEM 31

Nombre del insumo: ***Catéter para pericardiocentesis***
Cantidad a comprar: ***Dos (02) unidades***

Cada set debe incluir lo siguiente:

1. Para colocar con técnica de Seldinger
2. Aguja introductora en acero inoxidable de 18-20 G x 7 cm de largo
3. Guía metálica de 50 +/- 5 cm de largo 064 mm de diámetro con punta en "J"
4. Dilatadores radiopacos de 5 Fr
5. Catéter de poliuretano radiopaco tipo Pig Tail de entre 5 a 8 fr, multi-perforado de 20 +/- cm de largo
6. Tubo adaptador multipropósito
7. Una llave de tres vías
8. Bolsa recolectora.

ÍTEM 32

Nombre del insumo: ***Catéter torácico para drenaje pleural con válvula de Heimlich***
Cantidad a comprar: ***Treinta (30) unidades***

1. Catéter torácico para drenaje pleural
2. Catéter de 50 cm con aguja de 110/85 mm de 8 Fr.
3. Debe poseer una placa para fijación cutánea
4. Debe incluir una válvula tipo Heimlich
5. Para un único uso
6. Libre de látex.

ITEM 33

Nombre del Insumo: ***Catéter de drenaje percutáneo multiuso (PIG TAIL) 12 FR X 30 CM***
Cantidad a comprar: ***Veinte (20) unidades***

1. Presentación del equipo en Kit que contenga lo necesario para su adecuada colocación.
2. Catéter Multipropósito con un tamaño de 12 Fr x 30 +/- 5 cm.
3. Catéter radio opaco que permita darle seguimiento con ultrasonido, TAC y/o fluoroscopia.
4. El catéter debe contar con marcas que señalen la profundidad.
5. Debe contar con una guía metálica y un intermediario a la bolsa de recolección
6. Utilizado para el drenaje de punción directa de quistes, abscesos, líquidos biliares, hematomas, exudados pleurales, ascitis y nefrostomías.
7. Debe contar con un sistema de fijación.

8. Debe contar con diferentes tipos de punta cortante y agujeros en las puntas.
9. Con bolsa de recolección.

ÍTEM 34

Nombre del Insumo: ***Interfase para ventilación no invasiva talla S***
Código: ***2-39-01-0230***
Cantidad a comprar: ***Diez (10) unidades***

1. Debe ser una máscara de cara completa que incorpore un sello que quede por debajo de la barbilla y que se acomode a una variedad de formas y tamaños de caras.
2. La mascarilla no debe tapar o incorporar los ojos del paciente.
3. Con un sistema de correas en diferentes puntos para poder sujetarla y así brindar el mayor confort al paciente.
4. De un material suave
5. Que sea de fácil control de la presión en la cara del paciente.
6. Que tenga capacidad para terapia de oxígeno.
7. Debe tener una presión de operación entre 3 a 25 cm de H2O
8. Debe ser descartable, de un solo uso por paciente, pero con una durabilidad de hasta por 7 días por paciente.

ÍTEM 35

Nombre del Insumo: ***Interfase para ventilación no invasiva talla L***
Código: ***2-39-01-0232***
Cantidad a comprar: ***Diez (10) unidades***

1. Debe ser una máscara de cara completa que incorpore un sello que quede por debajo de la barbilla y que se acomode a una variedad de formas y tamaños de caras.
2. La mascarilla no debe tapar o incorporar los ojos del paciente.
3. Con un sistema de correas en diferentes puntos para poder sujetarla y así brindar el mayor confort al paciente.
4. De un material suave
5. Que sea de fácil control de la presión en la cara del paciente.
6. Que tenga capacidad para terapia de oxígeno.
7. Debe tener una presión de operación entre 3 a 25 cm de H2O
8. Debe ser descartable, de un solo uso por paciente, pero con una durabilidad de hasta por 7 días por paciente.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL WILLIAM ALLEN TAYLOR
Tel. 2558-1300

ITEM 36

Nombre del Insumo: ***Aguja tipo gripper de 0.9mm x 25mm***
Cantidad a comprar: ***Cincuenta (50) unidades***

1. Aguja de acero inoxidable angulada a 90°, con agarradera de contorno desmontable para la colocación controlada de la aguja.
2. Con plataforma acolchada para estabilización y protección del lugar de acceso.
3. Con diseño de bajo perfil para mayor confort al paciente.
4. Con tubo de extensión integrado de 20 cm a 25 cm de longitud y con volumen de purgado de 0.3cc.
5. Aguja con una longitud de 0.9 x 25 mm. (20 G x 1 in)
6. Con sistema LUER LOCK para minimizar el riesgo de desconexión.
7. Con acceso en Y.
8. Con clamp de seguridad.
9. Libre de látex, DPH y pirógenos para reducir el riesgo de proceso alérgico.
10. Para un único uso.
11. Utilizada para el acceso del tambor del porta-Cath, y utilizarlo como un sistema venoso central.

ITEM 37

Nombre del Insumo: ***Catéter de gastrostomía Percutánea endoscópica tipo Pull***
Cantidad a comprar: ***Treinta (30) unidades***

1. Set con catéter de poliuretano o silicón de 20 Fr tipo Pull
2. Radio opaco
3. Con una longitud entre 60 a 76 cm.
4. Debe contar con una fijación externa movible pero muy segura que sujete fuertemente el catéter.
5. Debe contar en su punta un sistema de fijación interna.
6. Poseer un adaptador en "Y" en su punta de acceso.
7. Cada set debe incluir además del catéter:
   a. Un disco de retención interna
   b. Un conector enteral con doble lumen
   c. Un catéter de aguja o trocar con un calibre entre 16 a 18 G.
   d. Hilo conductor para sujetar el catéter.
   e. Una banda de retención externa.
   f. Un bisturí
   g. Una pinza de gasa para sujetar el hilo conductor
   h. Una solución para la asepsia
   i. Una ampolla de lidocaína
   j. Una aguja descartable de 25 X 5/8"
   k. Una aguja descartable de 22 X ½"
   l. Una jeringa descartable no menor a 6 cc ni mayor a 10 cc
   m. Un campo abierto
   n. Una tijera descartable

ITEM 38

Nombre del Insumo: ***Filtro bacteriológico descartable para espirómetro y/o plestimógrafo.***
Cantidad a comprar: ***Doscientas (200) unidades***

1. Para ser utilizado en equipos marca ***Jeager Care modelo Vintus Spiro***
2. El filtro no debe provocar alteraciones en los resultados o valores obtenidos en los equipos mencionados.
3. Filtro de función pulmonar descartable.
4. El filtro debe evitar la transmisión de patógenos a través del aire exhalado por el paciente.
5. Debe estar confeccionado con material de polímeros con una carga electrostática altamente estable, que eviten además el crecimiento de mohos, hongos, virus, bacterias.
6. El material del filtro debe permitir alcanzar regularmente altos niveles de eficacia empleado tanto la carga electrostática como mecanismos mecánicos para eliminar las partículas en suspensión.
7. Debe poseer una matriz de fibras internas, que ayude a una restricción mínima del flujo de aire.
8. Debe soportar niveles extremos de humedad y temperatura.
9. Debe poseer boquilla ovalada integrada para mejor acomodo de la boca del paciente.
10. El filtro debe poseer certificación de ISO 9001 y EN 46001
11. Eficacia del filtro a la filtración viral de 0.0027 micras
12. Resistencia inspiratoria:
    a. <0.04 kPa/L/s a 1 L/s
    b. <0.04 cm H2O/L/s a 1 L/s
13. Resistencia espiratoria:
    a. <0.04 kPa/L/s a 1 L/s
    b. <0.04 cm H2O/L/s a 1 L/s
14. Volumen de espacio muerto efectivo del filtro 55 ml.
15. El filtro no debe poseer los siguientes elementos: Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Bisphenol A (BPA), Polyvinyl chloride (PVC)
16. El lado terminal ovalado debe tener las marcas de sujeción para los dientes del paciente y así mejorar su funcionalidad y acople con la boca y filtro.
17. De color blanco totalmente, para un mejor tema de higiene y de uso.
18. Empacado en bolsas individuales.

ITEM 39

Nombre del Insumo: ***Manómetro manual capaz de medir la presión del balón del tubo endotraqueal y cánulas de traqueostomía para evitar las fugas de aire.***
Cantidad a comprar: ***Diez (10) unidades***

1. Instrumento capaz de medir la presión del balón del tubo endotraqueal y cánulas de traqueostomía para evitar fugas de aire cuando los pacientes se encuentran con soporte ventilatorio.
2. Con indicador de particiones de escala legibles con marcación a color de los rangos de presión ajustables.

3. Con una escala visibles de 0 a 100 cm H2O
4. Con indicador de presión exacta y reproducible
5. Debe incluir 2 tubos flexibles de unión para conexión de cánula traqueal tubo endotraqueal
6. Debe incluir 2 unidades de tubo flexible de unión con filtro bacteriano hidrófobo integrado para la conexión de una cánula traqueal o tubo endotraqueal.

ÍTEM 40

Nombre del insumo: ***Catéter torácico para drenaje pleural con válvula de Heimlich***
Cantidad a comprar: ***Treinta (30) unidades***

1. Catéter torácico para drenaje pleural
2. Para niños largo de punta aguja 65 mm, largo del catéter 400 mm, ancho del catéter 8 F (2.7 mm)
3. Para prematuros y recién nacidos largo de punta aguja 55 mm, largo de catéter 300 mm, ancho de catéter
   6 F (2.0 mm)

ITEM 41

Nombre del Insumo: ***Guía para intubación pediátrica medida 2.5-4 mm (7.5-12 Fr)***
Cantidad a comprar: ***Cinco (05) unidades***

1. Conductor de aluminio maleable.
2. De uso descartable
3. Libre de látex
4. Presentación estéril
5. Con unas medidas de 2.5 a 4 mm (7.5-12 Fr).
6. Con puntas proximales y distales redondeadas.
7. Con una funda que se debe extender más allá de la punta para reducir el riesgo de trauma.
8. Presentación abre fácil

ITEM 42

Nombre del Insumo: ***GUÍAS METALICA PARA INTUBACIÓN DE 10 FR***
Cantidad a comprar: ***Dos (10) unidades***

1. Guía o estilete metálico (de aluminio) para intubación orotraqueal, maleable, cubierta de plástico liso.
2. Punta distal preformada. Flexibles para reducir la posibilidad de daño a los tejidos de la vía aérea cuando se realiza intubación.
3. Estéril.
4. Descartable.

ITEM 43

Nombre del Insumo: ***Catéter de polietileno para arteria umbilical 3.5 Fr***
Cantidad a comprar: ***Ocho (08) unidades***

1. Catéter de polietileno, libre de látex
2. Presentación estéril de un solo uso
3. Utilizado para cateterizar arteria umbilical en recién nacidos
4. De 3.5 Fr

ITEM 44

Nombre del Insumo: ***Kit de prueba rápida para diagnóstico de ruptura prematura de membranas.***
Cantidad a comprar: ***Setenta (70) unidades***

1. Kit de prueba rápida para diagnóstico de ruptura prematura de membranas en embarazos de pretérmino y término.
2. Con una sensibilidad del 98.9% y una especificidad del 100%, mediante la detección de la proteína PAMG-1, la cual aparece en el flujo vaginal después de la ruptura prematura de membranas únicamente.

ITEM 45

Nombre del Insumo: ***Aplicador de algodón extragrande***
Cantidad a comprar: ***Mil (1000) unidades***

1. Aplicadores de algodón tamaño extragrande
2. Diseñados para procedimientos vaginales y orofaríngeos.
3. Soporte de 20 cm de largo
4. Soporte confeccionado en madera o material sintético que no se astille.
5. Soporte debe ser muy fuerte, resistente pero flexible.

ITEM 46

Nombre del Insumo: ***Stokineta tubular de 5.08 cm (2 pulgadas) 100% sintética.***
Cantidad a comprar: ***Cuatro (04) rollos***

1. Confeccionada en material 100% Nylon
2. Con forma tubular
3. Medidas de 5.8 cm (2 pulgadas) X 25 yardas de largo (23 metros aproximadamente)
4. Debe poder esterilizarse a vapor.

GBS 16 OCT '20 9:18

ITEM 47

Nombre del Insumo: ***Catéter intravenoso #14 G de 5 +/- 1 cm.***
Cantidad a comprar: ***Trecientos (300) unidades***

1. Catéter compuesto por tres partes catéter, aguja tipo mandril y tapón.
2. Catéter debe ser de poliuretano o teflón.
3. Catéter radiopaco
4. Con punta uniforme y cónica, con bordes perfectamente redondeados y de excelente acabado.
5. Debe permitir la canulación vascular prolongada, sin riesgo de embolia, flebitis u otras complicaciones.
6. La superficie interna del catéter debe estar totalmente libre de asperezas y facilitar el fluido.
7. Catéter sumamente flexible para adaptarse a los contornos de la vena, pero resistente a la vez para evitar que se quiebre.
8. En su extremo proximal debe tener un pabellón que permita adaptar un set de infusión y/o una jeringa hipodérmica.
9. El proceso de siliconizado, entre el catéter y la aguja interior no debe permitir que el catéter se enrolle o retraiga a la hora de realizar la punción.
10. La aguja tipo mandril, debe ser un tubo de acero inoxidable auténtico.
11. En su extremo distal corresponde a una punta tipo lanceta muy afilada, filo cortante, no debe tener punta roma deformado o sin filo, de excelente acabado que permita una penetración suave, sin daño tisular.
12. El acabado de toda la superficie de la aguja debe ser uniforme, libre de fisuras, rebaba, fracturas, grietas, áreas rugosas, muescas, obstrucción, poros, corrosión a simple vista o superposición de material extraño.
13. Toda la superficie de la aguja debe estar pulida.
14. Debe estar firmemente anclada al pabellón, con superficie reticulada que facilite su agarre.
15. La aguja debe estar introducida dentro del catéter, sobresaliendo de él únicamente la lanceta.
16. El catéter debe adaptar perfectamente en la aguja y el pabellón del catéter también debe acoplar exacto al de la aguja.
17. El pabellón de la aguja debe tener un tapón independiente y desprendible.
18. El tapón debe contar con una membrana hidrofóbica, que permita el retroceso de la sangre pero debe impedir el derrame de la misma.
19. El insumo en general debe tener una presentación en una funda protectora, de material plástico, rígido, traslúcido, con buena resistencia mecánica para proteger la cánula conta posibles deformaciones o accidentes por su manejo.
20. La punta de la aguja no debe quedar en contacto directo con la funda, y el adaptador debe acoplar perfectamente a la funda para evitar accidentes.

ITEM 48

Nombre del Insumo: ***Poliglactina 910 calibre 5-0.***
Cantidad a comprar: ***Cuarenta y ocho (48) unidades***

1. Sutura sintética absorbible.

2. Poliglactina 910 calibre 5-0
3. Reverso cortante
4. Con aguja 3/8 círculo de 13.00 mm +/-1mm
5. Hebra de 45 cm de longitud

ITEM 49

Nombre del insumo: ***Kit de catéter torácico para drenaje pleural.***
Cantidad a comprar: ***Diez (10) unidades***

1. Kit con catéter torácico estéril para drenaje pleural
2. Para drenaje intercostal que facilite el método de aspiración por Balau.
3. El catéter deberá posibilitar la manipulación estéril y fiable sin instrumentos auxiliares.
4. Para ser utilizado en acumulación patológica de aire y/o líquido de la cavidad pleural especialmente para patologías intrapleurales malignas o pleurodesis.
5. Debe permitirse la estabilización del catéter extra toráxico en el área de la pared toráxica, con un panel de fijación auto adhesivo, tubo de conexión adaptado, doble seguridad en la vía de la conexión de tres salidas mediante dos puntos de fijación.

Cada Kit deberá contener:

1. Un catéter de poliuretano de 10 Fr.
2. Un tubo adaptador con vía de contención
3. Un drenaje de succión
4. Un envoltorio para el catéter
5. Un plato de fijación

ITEM 50

Nombre del insumo: ***Kit completo para punción lumbar descartable adulto***
Cantidad para comprar: ***Cincuenta (50) unidades***

Cada kit debe incluir lo siguiente:

1. Todo el material que incluye totalmente estéril
2. Un frasco o ampolla de lidocaína al 1% con un mínimo de 2 ml, para ser utilizado como anestésico local
3. Al menos cuatro frascos para recolección de muestras de 10 cc cada uno, con sus respectivas tapas
4. Al menos 3 aplicadores con hisopo
5. Al menos 3 apósitos de gasa
6. 1 toalla
7. 1 campo estéril fenestrado con adhesivo
8. 1 bandita adhesiva
9. 1 jeringa de 3cc con aguja de 25 g x 5/8"
10. Aguja espinal de 22 g x 3 ½ "
11. Una llave de tres vías
12. Extensión de tubo de 5"

GDS 16 OCT '20 9:18

13. Debe incluir raquimanómetro de 550mm
14. Aguja para infiltración de 22g x 1 ½ "

ITEM 51

Nombre del insumo: ***Kit completo para punción lumbar descartable pediátrico-neonato***
Cantidad para comprar: ***Veinte (20) unidades***

Cada kit o bandeja debe incluir lo siguiente:

15. Todo el material que incluye totalmente estéril
16. Todos los accesorios necesarios para la realización del procedimiento.
17. Bandeja plástica con multi-compartimientos
18. Descartable, de un solo uso.
19. Libre de látex
20. Un frasco o ampolla de lidocaína al 1% con un mínimo de 2 ml, para ser utilizado como anestésico local
21. Al menos cuatro frascos para recolección de muestras de 10 cc cada uno, con sus respectivas tapas
22. Con al menos 3 aplicadores con Yodo Povidona
23. Al menos 3 apósitos de gasa
24. 1 Pad de alcohol
25. 1 campo estéril fenestrado con adhesivo
26. 1 bandita adhesiva
27. 1 jeringa de 3cc con aguja de 25 g x 5/8"
28. Aguja espinal de 22 g x 1 ½ "
29. Una llave de tres vías
30. Aguja para infiltración de 22 g x 1 ½ "

ITEM 52

Nombre del insumo: ***Circuito de mangueras de plástico corrugado descartable, para adulto, manguera dentro de manguera para máquina de anestesia, libre de látex con una longitud de 150cm a 200 cm***
Cantidad para comprar: ***Dos Mil (2000) unidades***

- Circuito de manguera de plástico corrugado descartable con longitud de 180 cm con capacidad para toma de capnografía en uno de sus extremos.
- -Libre de látex y DEHP.
- -Libre de olores.
- -Sistema de manguera dentro de manguera.
- -Con diámetro de línea inspiratoria de 15 mm y un diámetro de línea espiratoria de 22 mm.
- El circuito consta de:

- -Codo de 90° para conectar el circuito al dispositivo de ventilación al paciente, y con capacidad para toma de capnometría.
- -Extensión de capnografo (CO2), de 300 cm.
- -Con una bolsa de respiración con capacidad de 3 litros, y con dispositivo que garantiza la conexión entre el equipo, no causando fugas a la hora de su uso.
- –Se incluye un Filtro bacteriano / viral con toma de capnografía.
- –Se incluye un Filtro Hidrófobo HMFE (Humidificador / bacterial / viral) con toma de capnografia.
- -Manguera accesoria corrugada.
- -El material del circuito es una combinación de tres materiales, PVC, PE, PP y EVA
- Estéril.
- Presentación: Empaque individual, en papel grado médico de un lado y del otro lado en plástico grado médico, tipo blíster, secundario en caja de cartón de 20 unidades.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL WILLIAM ALLEN TAYLOR
Tel. 2558-1300

D) MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Para que una oferta pueda ser aceptada, le sea aplicado el método de evaluación y logre adjudicarse la compra, deberá cumplir con todos los requisitos administrativos, legales y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el cartel.

Se asignará 80 puntos a la oferta que presente el menor precio, esta oferta será la adjudicada, a las ofertas restantes se les asignará el puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:

PT = (MP / PE) * 100

Donde:

PT = Puntaje Total.
MP = Menor Precio
PE = Precio a Evaluar

En caso de que dos o más ofertas, una vez aplicado el mecanismo de evaluación de ofertas obtengan el mismo puntaje, se utilizará cono primer criterio de desempate lo establecido en el artículo 55bis del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Si el empate persiste la administración basada en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, adjudicará mediante sorteo, cuya fecha y hora se comunicará oportunamente

Nota importante:

a. ***Si presenta alguna oferta alternativa debe hacerlo bajo este mismo formato, y agregar las características diferentes en la columna descripción de la oferta.***
b. ***La oferta debe de ser presentada bajo el mismo formato de este cartel.***

Msc. Ana Ruiz Velásquez
Jefatura de Enfermería en SOP

Dra. Gisela Murillo Castillo
Coordinadora Servicio Emergencias

Dr. Marco Antonio Rojas Zeledón
Jefatura Servicio Cirugía General

Dr. Billy Muñas Velásquez
Coordinador Anestesia y Recuperación

Dra. Anabelle Somarribas Meza
Jefatura Pediatría

Dr. Jorge Cortés Ledezma
Jefatura Medicina Interna

Giannina Retana Espinoza
Coordinadora Ginecología y Obstetricia

Elvis Morales Ramírez
Coordinador Odontología