



SPCA-HDRMTV-Nº 987-2015
Quepos, 26 de Octubre del 2015

Señores

Oferentes invitados a participar en Compra Directa N° 2015CD-000031-2308

**Asunto: Ampliación al período de recepción de ofertas /
2015CD-000031-2308.**

Estimados Señores:

El día 20-10-2015 tal y como lo establece el Artículo 59 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, les fue cursada la invitación a participar en el concurso de la compra por excepción indicada en el asunto, por adquisición de **"TORNILLOS CANULADOS AUTOPERFORANTES Y AUTORROSCANTES, DE TITANIO, PARA HUESO CORTICAL Y ESPONJOSA"**.

En atención a nota sin número con fecha del 21-10-2015, suscrito por el Sr. Tamara Avalos Palma, Representante Legal de la Casa Comercial Comercializadora Medica Centroamericana, SA mediante la cual comunica solicitud de aclaración al Cartel de la Compra por Escasa Cuantía ya mencionada en el asunto actualmente en análisis técnico y no se ha dado respuesta técnica sobre el asunto.

Por tanto, al día de hoy, al no haber respuesta por parte de la Administración, y en observancia del Principio de Conservación del acto, y con el fin de hacer eficaz la actividad administrativa, así como la seguridad jurídica del Acto Administrativo, siendo prioridad la íntegra atención del paciente lo tanto se **amplía el periodo de recepción de ofertas para el día Lunes 27 de Octubre del 2015 al ser las 09 horas con 00 minutos.**

Sin más por el momento, suscribe.

Atentamente,

**SUB-ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
HOSPITAL DR. MAX TERÁN VALLS**

ORIGINAL FIRMADO

Licda. Ana Lissette Acuña Vargas
Coordinadora

ALAV/

cf: Expediente N° 2015CD-000031-2308

Archivo



SPCA-HDRMTV-N° 988-2015
Quepos, 26 de Octubre del 2015

Señores

Oferentes invitados a participar en Compra Directa N° 2015CD-000031-2308

Asunto: Fe erratas oficio SPCA-HDRMTV-N°987-2015.

Estimados Señores:

Con respecto al oficio citado en el asunto, debe leerse correctamente; **“se amplía el periodo de recepción de ofertas para el día Martes 27 de Octubre del 2015 al ser las 09 horas con 00 minutos”**.

Sin más por el momento, suscribe.

Atentamente,

**SUB-ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
HOSPITAL DR. MAX TERÁN VALLS**

ORIGINAL FIRMADO

Licda. Ana Lissette Acuña Vargas
Coordinadora

ALAV/

cf: Expediente N° 2015CD-000031-2308

Archivo



Señores

Oferentes invitados a participar en Compra Directa Nº 2015CD-000031-2308

ASUNTO: ACLARACIÓN AL CARTEL 2015CD-000031-2308 "TORNILLOS CANULADOS AUTOPERFORANTES Y AUTORROSCANTES, DE TITANIO, PARA HUESO CORTICAL Y ESPONJOSA"

Estimados Señores:

Mediante nota sin número de fecha 21-10-2015, suscrita por la Sra. Tamara Avalos Palma, representante Legal de la Casa Comercial Comercializadora Médica Centroamericana, S.A., se solicitó aclaración al cartel citado en el asunto, concretamente al apartado de especificaciones técnicas **Ítem N° 1**, Correspondiente a "*Tornillo Canulado Autoperforante y Autorroscante, de titanio, para hueso cortical y esponjosa. (Set de tornillos pequeños diámetro de 2.5-3-3.5 y 4 mm (+/-0.2 mm) y longitudes desde 10 hasta 30 mm con su respectiva arandela)*", por lo que le informo que:

Se procedió a trasladar la solicitud para su valoración técnica y resolución, mediante oficio SPCA-HDRMTV-Nº 969-2015 con fecha del 21-10-2015 al Dr. Luis Roberto Gómez Arbeláez, Coordinador de Ortopedia de este Centro Médico.

Mediante nota sin número de fechas 26-10-2015, dicho encargado del contrato emitió criterio al respecto, por lo cual, se procede mediante la presente a adjuntar dicho documento, consta de 01 Página.

Por lo tanto, la fecha de apertura para la Compra Directa mencionada en el asunto es para el día Martes 27 de Octubre del 2015, al ser las 09 Horas con 00 Minutos, comunicado mediante el Oficio SPCA-HDRMTV-Nº 987-2015 el día de hoy.

Sin más que agregar, suscribe.

Atentamente,

**SUBÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS
HOSPITAL DR. MAX TERAN VALLS**

ORIGINAL FIRMADO

Licda. Ana Lisette Acuña Vargas
Coordinadora

WJMM/

cf.: Expediente Nº 2015CD-000031-2308
Archivo.



Quepos 26 de octubre 2015.

Estimadas señoritas departamento Subárea de planificación y contratación administrativa.

Asunto: Aclaración tornillos canulados 2015CD-000031-2308

Léase como set de tornillos pequeños fragmentos aquellos comprendidos de diámetro 3.0 milímetros con diámetro que pueden ir desde -0.6 hasta +0.6 mm.

Atentamente.

Luis Roberto Gomez Arbelaez.

Ortopedista

Hospital de Quepos.

