



## **Compra de 02 Mesas Ginecológicas de Exploración, para el Área de Salud Aserrí.**

### **Aspectos Generales**

- I. **Unidad que tramita el procedimiento:** corresponde a la Oficina de Contratación Administrativa del Área de Salud Aserrí de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) la tramitación del presente concurso.
- II. **Unidad administradora del contrato:** la unidad administradora o fiscalizadora del contrato será el Área de Salud Aserrí a través de la Dra. Leilanie Salazar Barboza, Coordinadora de Consulta Externa. o quien la sustituya, quien será el responsable de dar seguimiento y verificar la correcta ejecución contractual; localizable a los teléfonos 2217-4000 Ext. 1009 o bien al fax 2217-4002.
- III. **Costo de preparación de la oferta:** todos los costos relacionados con la preparación y presentación de la oferta, así como por la tramitación de las diferentes garantías y otros documentos mencionados en el presente cartel serán asumidos por el oferente. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no reconocerá ningún costo por esos conceptos.

#### **1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN**

Este concurso tiene como objetivo la compra de **02 Mesas Ginecológicas de Exploración** para del Área de Salud Aserrí, Servicio de Urgencias. Lo anterior, bajo las especificaciones y requerimientos del presente cartel.

#### **2. GARANTÍA:**

La garantía de funcionamiento del equipo deberá ser de 24 meses como mínimo, (esta cubre repuestos y reparaciones en caso de alguna falla propia del equipo) a partir del momento de la recepción definitiva del equipo.

#### **3. TIEMPO DE ENTREGA:**

El tiempo de entrega de la empresa adjudicada posterior a la solicitud realizada por el Área de Salud, deberá ser máximo de 30 (treinta) días hábiles.

#### **4. LUGAR DE ENTREGA:**

Proveeduría, Sede Área de Salud Aserrí, ubicada en Aserrí centro, específicamente en Barrio Corazón de Jesús, del Supermercado Más y Más 50 metros oeste y 500 metros sur.

Dra. Maureen Lizano Gutiérrez  
Coordinadora de Consulta Externa.  
Área de Salud Aserrí



**Compra de 02 Mesas Ginecológicas de Exploración, para el Área de Salud Aserrí.**

**5. CODIGO - CANTIDAD- DESCRIPCION SOLICITADA:**

En el siguiente cuadro se adjunta la cantidad requerida del activo:

Código	Cantidad	Cuenta	DESCRIPCION
7-65-01-0960	02	2320	Mesa Ginecológica de Exploración

**6. Especificaciones Técnicas:**

**Ítem ÚNICO: CAMILLA GINECOLÓGICA (2 UNIDADES)**

**7.1 Características generales**

- Estructura metálica en acero con tratamiento anticorrosivo y secciones como rieles, accesorios soportes y otros en acero inoxidable.
- (Presentar certificación del fabricante o entidad certificadora que el acero inoxidable usado en la mesa es calidad AISI 304 o equivalente)
- Debajo del sobre de la mesa en el lateral, deberá de tener una división en dos en donde:
  - A un lado se tendrá como mínimo 3 gavetas
  - Del otro lado de la división se deberá tener un escalón desplegable en la parte inferior
  - En el espacio superior al escalón deberá tener como mínimo 2 gavetas, estas pueden estar al frente o del lado de las perneras.
- Todas las gavetas deberán encontrarse montadas sobre rieles de deslizamiento suave.
- Debe tener una bandeja de acero inoxidable para desechos, esta se desplegará en la parte inferior a la sección de asiento.
- En esta parte de la mesa se debe tener el soporte de las perneras, mismo debe extraíble por un riel que se fije en varias posiciones acorde a la configuración de las mujeres (pequeña, mediana, grande).
- Debe tener un soporte para suero sobre la estructura.
- Que conste de tres secciones:
  - Respaldo
  - Asiento
  - Sección de piernas.
- La mesa deberá permitir una posición ginecológica adecuada.

Dra. Maureen Lizano Gutiérrez  
Coordinadora de Consulta Externa.  
Área de Salud Aserrí



### **Compra de 02 Mesas Ginecológicas de Exploración, para el Área de Salud Aserrí.**

- La sección del asiento deberá constar de abertura en media para facilitar un acercamiento para la exploración del paciente por la zona perianal, y/o que tenga pieza desplazable 45+/-5 cm.
- Debajo del sobre de la mesa en sección de respaldo debe tener soporte para el rollo de papel
- Adjuntar literatura técnica con el fin de corroborar las características solicitadas.
- Tapizada y acolchada en polipiel sintético, se debe de presentar en oferta la gama de colores disponibles.
- La mesa debe tener sistema de patas niveladoras en la parte inferior de la misma para ajustar a nivel de piso.

#### **7.2 Características Mecánicas**

Las cuatro partes articulables de forma independiente serán:

Cabecera

Respaldo

Asiento

Los apoya piernas deberán componerse de dos secciones independientes, articuladas y desmontables en forma independiente.

Dimensiones mínimas

Sección de respaldo con:

Largo de 90 +/- 5 cm

Ancho de 65 +/- 5 cm.

Sección de asiento

Largo de 45 +/- 5 cm

Ancho de 65 +/- 5 cm.

Sección de piernas

Debe poder retraerse bajo la mesa

Largo de 45 +/- 5 cm

Ancho de 65 +/- 5 cm.

La sección de respaldo debe elevarse entre 65 +/- 5° y 90 +/- 5° sobre el horizontal y poder fijarse en esta posición.

Dra. Maureen Lizano Gutiérrez  
Coordinadora de Consulta Externa.  
Área de Salud Aserrí



### **Compra de 02 Mesas Ginecológicas de Exploración, para el Área de Salud Aserrí.**

Debe tener una altura de 80 +/-5 cm, entre la parte superior de acolchonado al piso.

Soporte para el rollo de papel

Ancho:

65 +/- 5 cm

Peso del rollo de papel a soportar mínimo de:

13 +/- 1 Kg0.

### **7.3 Accesorios adicionales a los que el equipo requiere para su operación**

- Al menos, cada equipo deberá incluir:
- Pierneras anatómicas y de un material que le brinde confort al paciente, pivótales en su unión superior al soporte debe ser totalmente abatibles
- Pieceras anatómicas de un material que le brinde confort al paciente
- Braceras anatómicas y acolchadas
- Soporte para hombros anatómicas y acolchadas
- Soporte para pies anatómicos y acolchados.
- Bandeja o cubo de desechos fluidos de acero inoxidable.
- Dos Postes para suero ajustable a la mesa
- Debe incluir un juego de fajas para fijación de brazos, piernas y tórax
- Los soportes metálicos de acero inoxidable de barra de alma sólida.
- Incluir el rollo de papel. (Rollo de papel tipo Kraft p/envolver).
- Se deberá incluir cualquier otro componente requerido para el funcionamiento normal del equipo
- Señalar claramente en catálogos técnicos los aditamentos que se anexan al equipo.

### **7.4 Características Eléctricas**

Este equipo no tiene alimentación eléctrica.

## **8 TABLA DE PONDERACIÓN**

Dra. Maureen Lizano Gutiérrez  
Coordinadora de Consulta Externa.  
Área de Salud Aserrí



### **Compra de 02 Mesas Ginecológicas de Exploración, para el Área de Salud Aserrí.**

Se dispone que luego de establecer cuales ofertas son elegibles legal, financiera y técnicamente, se procederá a la calificación de estas de acuerdo a los parámetros que aquí se suministran, a efecto de establecer cual resulta más conveniente a la satisfacción del interés público perseguido.

#### **Precio 100%**

La oferta de menor precio se le otorgara automáticamente un 100%. Para las demás ofertas se calculará el puntaje mediante el uso de la formula siguiente:

Monto ofrecido por la oferta de menor precio x 100%  
Monto ofrecido por la oferta a evaluar

Total, de puntos a obtener: 100%

#### **1. DESEMPATE:**

a. De acuerdo al artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en caso de empate en el primer lugar por el puntaje obtenido por las ofertas elegibles en la etapa de ponderación, se adjudicará a la empresa que ostente la condición de mayor puntuación adicional según las PYMES, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H “Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración”, siempre y cuando el proveedor haya demostrado en la oferta su condición y se aplicará una puntuación adicional, de acuerdo a la siguiente forma:

b.

- PYME de comercio 2 puntos

c. En caso de persistir el empate, se aplicará lo indicado en el último párrafo del artículo 55 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa. Dicho sorteo se realizará en la Administración del Área de Salud de Aserrí, en fecha y hora que se comunicará oportunamente.

El Área de Salud de Aserrí C.C.S.S. convocará a un representante de cada una de las empresas para efectuar una rifa mediante la distribución de tantos papeles como proveedores empatados existan, se utilizará un único papel que indique el texto “ADJUDICATARIO”, los demás papeles estarán en blanco; el proveedor que tome el papel con dicha leyenda le será adjudicada la contratación.

Dra. Maureen Lizano Gutiérrez  
Coordinadora de Consulta Externa.  
Área de Salud Aserrí



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
Área de Salud Aserrí  
Clínica Mercedes Chacón Porras  
Teléfono: 22174000 / Fax: 22174002

---

**Compra de 02 Mesas Ginecológicas de Exploración, para el Área de Salud Aserrí.**

La no asistencia de una de las partes no impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se levantará acta suscrita por todos los asistentes, misma que se incorporará al expediente administrativo de la contratación.

Dra. Maureen Lizano Gutiérrez  
Coordinadora de Consulta Externa.  
Área de Salud Aserrí