



16 de noviembre de 2020
ASA-OD-171-2020

Bachiller
Andrea Alvarado Guzmán
Contratación Administrativa
Área de Salud de Aserrí

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000001-2335

Estimada Bachiller:

Respecto a la contratación que se está promoviendo para la adquisición de Instrumental y materiales odontológicos, según contratación 2020LA-000001-2335 y después de analizar y consultar las diferentes solicitudes de aclaración al cartel emitidas por la empresa MEDICAL TRANSGLOBAL se procede realizar la siguiente aclaración y modificación:

LÍNEA N° 04

4. TIJERA SPENCER (QUITA SUTURA)

- 4.1 Tijera spencer quita sutura de 5 1/2"
- 4.2 De metal acero inoxidable
- 4.3 Resistente para esterilizar en autoclave hasta 135°C.

Modificación:

En el punto 4.1 se modificó de 5 ½" a 5.5".

Lo anterior se modifica debido a que el cambio en la longitud no afecta el objeto contractual.

LÍNEA N° 5

ABREBOCA MOLT UNIVERSAL 10 CM LONGITUD (ABREBOCAS METALICO NIÑOS TAMAÑO PEQUEÑO)

- 5.1. De uso odontológico
- 5.2. Tamaño pediátrico (longitud de 10 cm)
- 5.3. Acero inoxidable grado médico
- 5.4. Esterilizable de 132 a 135 grados centígrados
- 5.5. En forma de tijera.
- 5.6. Deberá contar con el nombre de la casa fabricante troquelado o grabado en el cuerpo del instrumento.
- 5.7. Empaque Individual, en bolsa plástica o caja, con sello de seguridad que proteja el artículo y garantice su integridad



Modificación:

Ya fue modificado en oficio ASA-OD-168-2020.

LÍNEA N° 09

SEPARADOR (RETRACTOR), TIPO MINNESOTA DE 15 CM

- 9.1. De acero inoxidable de grado quirúrgico de la serie martensitic 400
- 9.2. Retractores minnesota de 15 cm
- 9.3. Esterilizables en autoclave
- 9.4. Certificación de resistencia a la corrosión.
- 9.5. Presentar catalogo y literatura del producto ofertado en idioma ingles o español
- 9.6. Garantía de 5 años contra la corrosión
- 9.7. Presentar copia de certificado de calidad y manufactura iso, ce, iec, tñv, de cualquiera de estas, vigente a la fecha
- 9.8. Empacado, sellado, y rotulado de fábrica en forma individual en bolsa o caja.

Modificación:

Se modifica el punto 9.2 que dice de 15cm a 15 cm +/- 0.5 cm.

Lo anterior se modifica debido a que el cambio en la longitud no afecta el objeto contractual.

Sin otro particular, se suscribe,

Dra. Francina Murillo Picado
Jefatura de Odontología
Área de Salud Aserri

Cc: Contratación Administrativa