



ASSJSDC-ADM-CA-179-2020
01 de setiembre de 2020

Proveedores	Teléfono	Correo electrónico
Transglobal Medical S.A	4036-1950	andrea.batista@transglobal.co.cr
Productos Médicos Internacionales	2241-4011	promeisa@ice.co.cr
Nopa Internacional S.A	2285-8286	jhernandez@nopacr.com
Euromab Internacional	2268-5238	hcordero@euroaura.org
Eurociencia Costa Rica S.A	2582-0724	licitaciones@eurociencia.co.cr
Allmedical S.A	2215-6390	info@allmedicalcr.com
Superior And Leading Medical Innovations	2293-8446	ventasslmisa@yahoo.com.mx

Estimados proveedores:

ASUNTO: Aclaración al aviso N°1 2020CD-000002-2358. Compra Instrumental de Enfermería.

Mediante la presente se les comunica que, se realiza una modificación en **el punto 2.9** que por error involuntario **no** se eliminaron varias líneas, dejando claro que el cartel no sufre ninguna modificación.

2.9 Condiciones de fabricación:

- Certificación EN ISO 7153-1 e ISO 9001:2008
- Certificar que el instrumental estos fabricados a partir de aleaciones metalúrgicas fuertes (acero inoxidable) en grado quirúrgico de alta calidad y con resistencia suficiente para soportar su uso de forma prolongada.
- Certificar que todas las piezas de instrumental a adquirir fueron sometidas a pasivación por un sistema de pasivación, cerrado y automático y en su acabado debe presentar una superficie lisa de baja reflexión de forma que la superficie no ocasione reflejos en el campo visual del cirujano, excepto cuando se exprese un acabado diferente.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 4 VASIJA RIÑONERA DEL TIPO GRANDE. EN ACERO INOXIDABLE, DE 30 +/- 3 CM DE LARGO POR 15CM DE ANCHO Y 5,5 +/- 1 CM DE ALTO
CODIGO 2-84-01-0822
CANTIDAD: 200 unidades



1. En acero inoxidable, de 30 \pm 3 cm de largo por 15 cm de ancho y 5,5 \pm 1 cms de alto
2. Perfectamente pulido, libre de rebabas, de muescas, de fisuras, sin signos de corrosión y de filos vivos.

ITEM 10 MANGO DE BISTURÍ, NO. 3

CODIGO 2-12-01-0135

CANTIDAD: 300 unidades

1. Para hojas de bisturi # 10- 11- 12 y 15.
2. Esterilizable de 132 a 135 grados centígrados.
3. Instrumento de una sola pieza, que permite adaptar la hoja de bisturi utilizado tanto en cirugía mayor como menor.
4. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad de acuerdo con norma ASTM- F899.
5. Cuerpo: Plano y alargado, largo total 12.5 \pm 0,5 cms., ancho 1 cm, más ancho en su externo distal, adelgazándose hasta el adaptador de la hoja de bisturi.
6. Debe tener forma anatómica con estrías transversales para facilitar su sostén.
7. Debe tener bordes redondeados y sin rebabas.

ÍTEM 13 PINZA HALSTEAD MOSQUITO, CURVA, DE 13 CM. \pm 1 CM.

CÓDIGO: 2-12-01-0800.

CANTIDAD: 200 unidades

1. Pinza hemostática, fabricada en acero inoxidable martensítico, de acuerdo con Norma ASTM F899, en concordancia con la ISO/ DIS/7153-1.
2. Curva, de 13 \pm 1 cm
3. La pinza debe ser delgada, fina con excelente acabado, con estrías transversales en las dos mandíbulas, con una articulación suave, que abra fácilmente.
4. En la parte distal posee aros que permitan asirla y tener sistema de clamp que permitan asegurarla.
5. La pinza en su totalidad debe tener un excelente acabado, pulido, libre de filos, rebabas, muescas, oxidación, grietas, con aros que se adapten perfectamente en los dedos del usuario y clamp que proporcione seguridad al usarla.

ÍTEM 14 PINZA HALSTEAD MOSQUITO RECTA

CÓDIGO: 2-12-01-0820.

CANTIDAD: 200 unidades

1. Es una pinza fina y recta, hemostática, utilizada para hemostasia y tracción.
2. Es una pinza recta de acero inoxidable de acuerdo con normas para la fabricación de este artículo,
3. Delgada, fina, de 13 \pm 1 cm de longitud.
4. Con estrías transversales en toda la mandíbula. en la parte distal posee dos aros que aseguren el sostén de la pinza, excelente acabado, pulido, libre de rebabas, muescas y filos en sus bordes. la articulación debe ser perfecta y estar asegurada por el sistema de clamp.



Fabricada en acero inoxidable martensítico, tipo de acuerdo con norma ASTM F 899 en concordancia con la ISO 7153/1.

ÍTEM 21 TIJERAS PARA IRIS, TIPO CURVA, DE 10.5 +/-1 CM DE LONGITUD, CON PUNTAS AGUDAS.

CÓDIGO: 2-18-01-0186.

Cantidad: 150 unidades

1. De 10.5 +/- 1 cm de longitud.
2. Fabricada en acero inoxidable martensítico, tipo de acuerdo con norma ASTM F 899 en concordancia con la ISO 7153/1.
3. Delicada, con punta roma fina, excelente filo en ambas hojas, con perfecto ajuste en su articulación que permita la apertura y cierre fácil de la tijera. el extremo distal debe contar con dos aros que permitan manipular este instrumento debe estar perfectamente pulida, libre de rebabas, muescas, fisuras, signos de corrosión, marcas de esmerilado, ralladuras o filos que no sea en sus hojas.
4. Esterilizable de 132 a 135 grados centígrados.

ÍTEM 25 PORTA AGUJAS TIPO MAYO DE 20 +/- 0,5 CM.

Código: 2-48-01-0159

Cantidad: 60 unidades

1. 20 +/- 0,5 cm longitud
2. De uso para suturar en tratamientos quirúrgicos.
3. De acero inoxidable
4. Parte activa ranurada
5. Esterilizable de 132 a 135 grados centígrados.
6. Fabricada en acero inoxidable martensítico, tipo de acuerdo con norma ASTM F 899 en concordancia con la ISO 7153/1.

ÍTEM 29 TIJERA DE CIRUGÍA TIPO MAYO.

Código: 2-48-01-1279

Cantidad: 120 unidades

1. De 200 +/- 30 mm.
2. De acero inoxidable.
3. Esterilizable de 132 a 135 grados centígrados.
4. Fabricada en acero inoxidable martensítico, tipo de acuerdo con norma ASTM F 899 en concordancia con la ISO 7153/1.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Área de Salud San Juan- San Diego-Concepción
Teléfono 2220-6977

El cartel actualizado se encuentra disponible en la página web www.ccss.sa.cr en el apartado "Licitaciones" unidad programática 2358-Área de Salud San Juan-San Diego-Concepción.

Atentamente,

**ÁREA DE SALUD
SAN JUAN-SAN DIEGO-CONCEPCION**

Lic. Alonso León Barahona
ADMINISTRADOR a.i.



ALB/RBP.

c.c archivo
2020C-000002-2358