



AREA DE SALUD DE CORRALILLO  
Servicio de Laboratorio Clínico  
Tel. 2548-0322 – 2548-0044

---

**(Última Versión)**  
**Especificaciones técnicas**  
**OBJETO DE LA ADQUISICION**  
**COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA**  
**COMPRA DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES**  
**(MODALIDAD SEGÚN DEMANDA ART. 162 INCISO B RLCA)**

---

El Área de Salud de Corralillo de acuerdo con las facultades que le confiere la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, procede a dar inicio al presente concurso para la adquisición de Reactivos para la determinación de pruebas especiales para el Laboratorio Clínico del Área de Salud Corralillo, bajo la modalidad de entrega según demanda el Art.162 inciso b del RLCA. Se emitirá la orden de pedido respectiva en el momento en que requiera los bienes y servicios ofrecidos, durante la vigencia de la compra, de conformidad con la demanda y la mejor oferta de la empresa que resulte adjudicataria en el presente procedimiento.

**OBJETIVO DE LA CONTRATACION:**

Este concurso tiene como objetivo la adquisición de Reactivos para la determinación de pruebas especiales para el Laboratorio Clínico para el Área de Salud Corralillo, bajo las especificaciones y requerimientos de este cartel y contratar los suministros por un periodo de un año, con posibilidad de prorrogarse por tres periodos iguales, de un año cada uno.

**1. ASPECTOS GENERALES.**

**Generalidades**

El oferente deberá indicar los precios unitarios según la unidad de medida solicitada. En toda oferta deberá cotizarse el precio libre de impuestos. El precio deberá ser cotizado en plaza y deberá ser cierto, firme y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones, así como descuentos y ventajas a ofrecer por el proveedor durante la ejecución. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá el de ésta última, salvo caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real. Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda, pero para efectos de comparación de precio se utilizará el colón. En caso de recibir propuestas en distintas monedas, la Administración las convertirá en una misma para efectos de comparación, utilizando para ello el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de apertura.



AREA DE SALUD DE CORRALILLO  
Servicio de Laboratorio Clínico  
Tel. 2548-0322 – 2548-0044

---

**(Última Versión)**  
**Especificaciones técnicas**  
**OBJETO DE LA ADQUISICION**  
**COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA**  
**COMPRA DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES**  
**(MODALIDAD SEGÚN DEMANDA ART. 162 INCISO B RLCA)**

---

La entidad licitante, podrá verificar que los precios ofertados corresponden a transacciones normales del negocio, para estos efectos podrá requerir o verificar la información contra documentos oficiales, tales como: Facturas de Venta, precios ofertados en otras licitaciones, precios de referencia, precios de mercado; entre otros. La oferta económica consistirá en el monto unitario de la unidad de empaque definida en el presente cartel, lo cual deberá el oferente indicarlo en su propuesta, utilizando el formato de oferta establecido en el presente cartel. La administración se reserva el derecho de realizar estudios para establecer precios de referencia de los bienes por contratar, con la finalidad de evaluar las ofertas e identificar propuestas ruinosas o excesivas, los cuales serán de uso exclusivo de la administración para la etapa de análisis de las ofertas.

## **2. Análisis y Recomendación Técnica**

El funcionario encargado de realizar el análisis y recomendación técnica es la Dra. Carmen Avilés Montoya, Directora del Laboratorio Clínico del Area de Salud Corralillo, y en su ausencia quien la sustituya o a quien se le delegue.

## **3. Seguimiento y Verificación**

El control y seguimiento de este contrato, será responsabilidad de la Dra. Carmen Avilés Montoya, Directora del Laboratorio Clínico del Area de Salud Corralillo, y en su ausencia quien la sustituya o a quien se le delegue.

## **4. Presentación de la oferta:**

Los artículos deben de cotizarse en el mismo orden detallado en el cartel de acuerdo al número de línea. En todos los casos deberá indicarse la marca de los productos ofrecidos.

## **5. Precio**

El oferente debe ofertar por precios unitarios sobre la proyección del consumo promedio indicado en el cuadro No.1 adjunto a este cartel.



AREA DE SALUD DE CORRALILLO  
Servicio de Laboratorio Clínico  
Tel. 2548-0322 – 2548-0044

---

**(Última Versión)**  
**Especificaciones técnicas**  
**OBJETO DE LA ADQUISICION**  
**COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA**  
**COMPRA DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES**  
**(MODALIDAD SEGÚN DEMANDA ART. 162 INCISO B RLCA)**

---

**6. Modalidad de la contratación:** Entrega según demanda: Por las características del servicio a contratar y la creciente demanda de los servicios de salud, la presente contratación se plantea según las necesidades puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución, o sea según demanda, de conformidad con lo referido al respecto en el artículo 162 inciso b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Al tratarse de una contratación bajo esta modalidad, se establece como tope, el límite económico máximo para trámite de compras directas de escasa cuantía. Como referencia a los potenciales oferentes, se señala el siguiente promedio en el consumo de los reactivos:

Cuadro No.1  
Estimación de Consumo en un periodo de un año  
Reactivos para la determinación de pruebas especiales

Ítem No.1 (Único)	Código	Descripción	Unidad de Medida	Consumo Promedio
Línea No.1	2-88-69-0030	PSA TOTAL: ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL.	Determinaciones	1700
Línea No.2	2-88-69-4361	TSH: HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES	Determinaciones	900
Línea No.3	2-88-69-0265	T3: HORMONA TRIYODOTIRONINA	Determinaciones	400
Línea No.4	2-88-69-4357	T4:HORMONA TETRAYODOTIRONINA	Determinaciones	800

Nota: En el consumo promedio se indica una estimación de consumo proyectada por el Servicio de Laboratorio Clínico, esto de acuerdo a la posible demanda de los mismos, ya que no hay registro histórico de su compra por ser de primera vez.

**Nota: Se aclara que la unidad de medida “determinación” corresponde al costo de 1 examen o prueba.**

Las cantidades indicadas en el cuadro # 1, se brindan como referencia al oferente para la confección de la oferta, **se debe cotizar por precio unitario.**

## **7. Inicio de la contratación**

La presente contratación empezará a regir una vez que se remita la orden de compra al Contratista, en dicha orden se indicará la fecha de inicio y finalización del periodo del contrato.



AREA DE SALUD DE CORRALILLO  
Servicio de Laboratorio Clínico  
Tel. 2548-0322 – 2548-0044

---

**(Última Versión)**  
**Especificaciones técnicas**  
**OBJETO DE LA ADQUISICION**  
**COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA**  
**COMPRA DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES**  
**(MODALIDAD SEGÚN DEMANDA ART. 162 INCISO B RLCA)**

---

**8. Plazo de entrega**

El Plazo de entrega será máximo de **08 días hábiles** contados posterior a la notificación de la solicitud de pedido que se realice para cada ítem de esta contratación. Las entregas se realizarán cuando el Área de Salud lo solicite de acuerdo al siguiente horario: de lunes a jueves de 07:30 a.m. a 02:30 p.m. y los viernes de 07:30 a.m. a 01:30 p.m.

**9. Lugar de entrega:**

La entrega se realizara en el **Laboratorio Clínico del Area de Salud Corralillo**, ubicado en la Sede del Area de Salud Corralillo, en San Juan Sur de Corralillo de Cartago, diagonal a la plaza de deportes.

**10. Cantidades solicitadas:**

El Área de Salud de Corralillo se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades solicitadas, ya que depende, de la demanda que se presente en el Laboratorio Clínico. Dado lo anterior se realiza esta compra bajo la modalidad de entrega según demanda.

**11. Mecanismo de pedido y control de entregas:**

**11.1.1. Solicitud:** Por parte del Área de Salud se realizará solicitud por medio de Orden de pedido vía fax o medio electrónico indicando las cantidades solicitadas.

**11.1.2. Recepción:** La recepción de los insumos se dará conforme a lo dispuesto por el artículo 202 “**recepción Provisional**” y Artículo 203 “**Recepción Definitiva**” del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Una vez que arribe el producto al Laboratorio Clínico del Area de Salud Corralillo, se verificará la cantidad solicitada contra la cantidad a entregar y de acuerdo al cumplimiento de las características técnicas de los insumos. Si todo corresponde a lo pedido, se procederá al llenado y firmas de las facturas, actas de recepción y se procederá al trámite de pago de la factura.



AREA DE SALUD DE CORRALILLO  
Servicio de Laboratorio Clínico  
Tel. 2548-0322 – 2548-0044

---

**(Última Versión)**  
**Especificaciones técnicas**  
**OBJETO DE LA ADQUISICION**  
**COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA**  
**COMPRA DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES**  
**(MODALIDAD SEGÚN DEMANDA ART. 162 INCISO B RLCA)**

---

**12. Vigencia de la contratación:**

La contratación tendrá una vigencia de un año, pudiéndose prorrogar hasta por tres periodos adicionales de un año cada uno, si sesenta días naturales antes de cada vencimiento la Administración del Área de Salud Corralillo no determina darlo por concluido, todo con base en la experiencia y ejecución del contrato; a juicio exclusivo de la Administración. Las prórrogas operan siempre y cuando la Administración valore racionalmente su beneficio, sea que constate, entre otras cosas: la calidad del servicio y del producto que se está suministrando. El contrato podrá finalizarse en cualquier momento, en caso de que la Caja Costarricense de Seguro Social inicie un convenio marco en el que se contemple los reactivos solicitados en este cartel, para lo que se comunicará al Contratista sesenta días naturales antes de la fecha en que se pondrá fin al contrato.

**13. Características técnicas:**

**1- Reactivos:**

1. Presentación por Kit de 100 a 200 pruebas.
2. Fecha de vencimiento de los reactivos de 6 meses con la posibilidad de entrega por parte del contratista de reactivos con fecha de vencimiento menor de seis meses siempre y cuando haya compromiso por escrito de su parte para reponer de inmediato todas las pruebas que requieran reactivos que lleguen a tener una estabilidad de 1 mes antes de su fecha de vencimiento por otras con una estabilidad de al menos cuatro meses.
3. Empaque resistente a golpes.
4. El empaque del reactivo debe indicar claramente la fecha de vencimiento, fecha de fabricación, número de determinaciones por Kit, nombre del fabricante, número de lote y condiciones de almacenamiento.
5. Los reactivos utilizados deben estar listos para ser usados de inmediato en el estado en que se encuentran almacenados, sin mezclas ni preparaciones previas a su uso, ni tiempos de espera en el analizador previos a su uso y en un solo recipiente.



AREA DE SALUD DE CORRALILLO  
Servicio de Laboratorio Clínico  
Tel. 2548-0322 – 2548-0044

---

**(Última Versión)**  
**Especificaciones técnicas**  
**OBJETO DE LA ADQUISICION**  
**COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA**  
**COMPRA DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES**  
**(MODALIDAD SEGÚN DEMANDA ART. 162 INCISO B RLCA)**

---

6. El oferente que resulte adjudicado debe proveer control de calidad externo RIQAS o CAP (aumentar periodicidad a cada trimestre) sin costo adicional para la institución, mismo que se mantendrá vigente durante todo el periodo del contrato.
7. La información de los controles, calibraciones y reactivos debe venir en idioma español.
8. Los reactivos suministrados deben cumplir con estándares de calidad de la Comunidad Europea (CE) o de la FDA de los Estados Unidos.

**CARACTERISTICAS DEL EQUIPO.**

9. El oferente que resulte adjudicado debe suministrar el equipo analítico automatizado **nuevo** para realizar las determinaciones. Certificar la fecha de manufactura del equipo. Dicho analizador deberá cumplir con estándares de calidad de la Comunidad Europea (CE) o de la FDA de los Estados Unidos.
10. El oferente deberá especificar las dimensiones del analizador, ya que el mismo deberá ajustarse al espacio físico destinado para tal efecto en el laboratorio, (95 cm profundidad x 180 cm de largo) pues no contamos con otro lugar donde ubicar el analizador.
11. Equipo preferiblemente de mesa por problemas de espacio. (el Contratista debe suministrar la mesa de ser necesario)
12. El equipo ofrecido debe ser multicanal que permita la automatización completa en línea de producción, para la realización de las pruebas.
13. *La tecnología puede ser: electroquimio - luminiscencia o quimioluminiscencia en el entendido que se requiere aval literario técnico de tercera opinión indicando que la tecnología de inmunoensayo enzimático fluorescente ofrece la misma sensibilidad o mejor aunque la sensibilidad que se obtiene con electroquimio - luminiscencia o quimioluminiscencia.*



AREA DE SALUD DE CORRALILLO  
Servicio de Laboratorio Clínico  
Tel. 2548-0322 – 2548-0044

---

**(Última Versión)**  
**Especificaciones técnicas**  
**OBJETO DE LA ADQUISICION**  
**COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA**  
**COMPRA DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES**  
**(MODALIDAD SEGÚN DEMANDA ART. 162 INCISO B RLCA)**

---

14. El equipo debe tener capacidad para utilizar tubo primario de 13X100 o 16X100 y copas de muestras, de acceso aleatorio y con capacidad de programar muestras de emergencia sin interrumpir el proceso.
15. Tiempo de procesamiento para el primer resultado menor a treinta minutos para todos los analitos.
16. El equipo debe trabajar con pantalla sensible al tacto, debe brindar información sobre el estado de los productos (número de lote, nombre, volumen o número de pruebas disponible), mostrar el control de inventario y tener capacidad para diluir automáticamente.
17. El equipo debe de tener una capacidad de carga de muestras en una sola corrida mayor o igual a 60 posiciones.
18. El equipo ofrecido debe de contar con sistema de almacenamiento de desechos tanto líquidos como sólidos. Además debe de indicar en pantalla el estado del sistema de desechos.
19. El equipo debe contar con un sistema que garantice que no se producirá arrastre entre una muestra y otra (uso de puntas descartables, torre de lavado o similar).  
**Certificar esta característica.**
20. La pipeta utilizada para la aspiración de las muestras debe contar con sistema para la detección de nivel de líquido y detector de coágulos.
21. El equipo debe contar con carrusel de reactivos con refrigeración (temperatura entre 2 y 10 grados centígrados) que permita mantener los reactivos a bordo las 24 horas del día hasta que se agote el reactivo, sin necesidad de que el usuario tenga que estar retirándolos para evitar su deterioro. En caso de que el reactivo caduque a bordo a pesar de contar con fecha de expiración vigente, el oferente se comprometerá a realizar el reemplazo del mismo sin costo alguno para la institución.



AREA DE SALUD DE CORRALILLO  
Servicio de Laboratorio Clínico  
Tel. 2548-0322 – 2548-0044

---

**(Última Versión)**  
**Especificaciones técnicas**  
**OBJETO DE LA ADQUISICION**  
**COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA**  
**COMPRA DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES**  
**(MODALIDAD SEGÚN DEMANDA ART. 162 INCISO B RLCA)**

---

22. Además, el equipo debe tener capacidad para mantener al menos 9 reactivos a bordo.
23. Las muestras a utilizar deben ser suero y/o plasma.
24. El equipo se debe conectar directamente al Sistema de Información que posee la Clínica de Corralillo actualmente, (LabCore) o al que entre en vigencia durante la duración del contrato por variaciones en el sistema de información y transmitir los resultados a dicho sistema. Además debe aportar todo lo necesario para la conexión del equipo del analizador al sistema de información.
25. El reporte no debe de ser en papel térmico.
26. El equipo debe contar con sistema de lectura y su respectivo lector de código de barras o sistema de radio frecuencia para el reconocimiento e ingreso de la información de muestras, reactivos y calibradores.
27. El Contratista debe suministrar todo el material necesario para la impresión del reporte, preliminar si es necesario, y final de los resultados, en cantidad suficiente para el correcto reporte de los resultados.
28. El Contratista se compromete a instalar una impresora láser y a brindar los insumos necesarios para la impresión del reporte final del paciente, durante el tiempo de duración del contrato.
29. El equipo debe guardar los datos del control de calidad, a la vez debe tener capacidad de imprimir las Gráficas de Levey-Jennings, en el momento en que se requiera, aun cuando se estén corriendo pruebas e igualmente deben poderse poner las Reglas de Westgard que el profesional considere necesario para alertar sobre el estado del control de calidad.
30. El equipo debe instalarse con una Unidad de Potencia Suplementaria (UPS). La UPS debe suministrar respaldo eléctrico al equipo por al menos 15 minutos de duración en caso de interrupción del fluido eléctrico.(El Contratista debe suministrarla)
31. El oferente debe aportar la especificación del protocolo de transmisión y la estructura de datos.





AREA DE SALUD DE CORRALILLO  
Servicio de Laboratorio Clínico  
Tel. 2548-0322 – 2548-0044

---

**(Última Versión)**  
**Especificaciones técnicas**  
**OBJETO DE LA ADQUISICION**  
**COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA**  
**COMPRA DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES**  
**(MODALIDAD SEGÚN DEMANDA ART. 162 INCISO B RLCA)**

---

32. El equipo debe de contar con reportes de producción por períodos de tiempo, agrupados según EBAIS, médicos, exámenes según grupo, ahora ayudados con LabCore (Sistema de información).
33. El Contratista debe capacitar el personal de laboratorio y brindar orientación profesional en el campo, en cuanto a la operación del equipo y optimización en su uso, sin costo adicional para la institución.
34. El Contratista deberá brindar los reactivos necesarios para la capacitación de instalación del equipo hasta que se garantice su funcionamiento adecuado sin costo adicional para la institución.
35. El Contratista deberá suministrar oportunamente todos los accesorios, consumibles e insumos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento en todas las fases del proceso, sin costo para la Institución.
36. El Contratista deberá suministrar los calibradores, controles, diluentes y cualquier otro accesorio necesario para la realización de las pruebas ofertadas en cantidad adecuada de acuerdo a los requerimientos del servicio, sin costo para la Institución. Los controles internos deben ser de tercera parte fabricados por una casa especializada en controles de calidad y deber ser suministrados en al menos dos niveles
37. El Contratista debe suministrar todo el material necesario para la identificación de la muestra y solicitud del paciente. Para la identificación de las muestras y solicitudes se deben de suministrar las etiquetas con códigos de barras necesarias (una etiqueta para la muestra y otra para la solicitud) de acuerdo a la demanda, sin costo para la Institución.
38. El Contratista deberá garantizar que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo será brindado por el personal idóneo. Adjuntar certificación de capacitación del personal de por parte de la casa matriz.
39. El mantenimiento preventivo deberá darse con la frecuencia recomendada por el fabricante (presentar certificado) tomando en cuenta los requerimientos del equipo ofertado, y sin costo adicional para la institución durante el período de vigencia del contrato. Se realizará previa coordinación con la Jefatura del Laboratorio Clínico con cronograma anual de visitas previamente estipulado por el Contratista.



AREA DE SALUD DE CORRALILLO  
Servicio de Laboratorio Clínico  
Tel. 2548-0322 – 2548-0044

---

**(Última Versión)**  
**Especificaciones técnicas**  
**OBJETO DE LA ADQUISICION**  
**COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA**  
**COMPRA DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES**  
**(MODALIDAD SEGÚN DEMANDA ART. 162 INCISO B RLCA)**

---

40. El mantenimiento correctivo se realizará en un plazo máximo de 5 horas una vez hecha la notificación del fallo o desperfecto del equipo. En caso de que el daño en el analizador no pueda ser resuelto en un plazo máximo a 8 horas, el oferente se compromete a instalar un equipo de tecnología similar o superior al instalado para garantizar la continuidad del servicio en un lapso no mayor a 24 horas, acto que no generará costo adicional para la institución. Además, todo gasto de reactivos que obedezca al restablecimiento de la función del analizador después de un fallo del mismo, correrá por parte del Contratista y será repuesto al servicio. Cualquier proceso de mantenimiento correctivo, quedará debidamente registrado en una bitácora.
41. El Contratista se compromete a brindar soporte técnico las 24 horas del día, de lunes a viernes y aquellos sábados que se labore en tiempo extraordinario.
42. Todos los datos generados por el equipo y el sistema de información son de carácter confidencial y son propiedad de la Institución, por lo que ningún dato debe ser extraído, exportado, copiado, por la empresa sus representantes o empleados.
43. Los insertos de los reactivos con instrucciones del método a seguir y precauciones de uso deben de estar en idioma español. Adjuntar literatura de cumplimiento de rendimiento de reactivos.
44. La funcionalidad del equipo debe permitir acople a la interfase disponible en el sistema de información en uso y por usar en el laboratorio.
45. Los costos económicos para ajustar la interfase correspondiente con el sistema de información en uso, deben asumirse por parte del adjudicatario.

**CONDICIÓN DE REPOSICION DE REACTIVOS:**

46. Todo gasto de reactivos por concepto de calibraciones correrá por cuenta del Contratista.
47. Si el analizador falla en medio de una corrida de muestras, el Contratista repondrá los reactivos correspondientes a las pruebas que se pierdan por el fallo en cuestión, además de las pruebas utilizadas en calibración y controles para la verificación del buen funcionamiento después de haber reparado el fallo del analizador.



AREA DE SALUD DE CORRALILLO  
Servicio de Laboratorio Clínico  
Tel. 2548-0322 – 2548-0044

---

**(Última Versión)**  
**Especificaciones técnicas**  
**OBJETO DE LA ADQUISICION**  
**COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA**  
**COMPRA DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES**  
**(MODALIDAD SEGÚN DEMANDA ART. 162 INCISO B RLCA)**

---

48. Todo gasto de reactivos por concepto de controles y calibradores necesarios para restablecer el funcionamiento del analizador después de un mantenimiento correctivo o preventivo, será repuesto por el Contratista según corresponda.
49. Tiempo de entrega del equipo: El equipo deberá quedar instalado y debidamente funcionando máximo **22 días hábiles posteriores al envío de la orden de compra al adjudicatario.**

**50. MULTAS**

Las multas se aplicarán de la siguiente manera: Un 5% por única vez, y se descontará de la factura que preceda a la falta, cuando se compruebe un incumplimiento en cualquiera de las condiciones del cartel y del contrato, esto de acuerdo a las revisiones y supervisiones que realice el Administrador del Contrato, durante la ejecución del mismo.

**PONDERACIÓN DE OFERTAS**

Se dispone que luego de establecer cuales ofertas son elegibles legal, financiera y técnicamente, se procederá a la calificación de estas de acuerdo a los parámetros que aquí se suministran, a efecto de establecer cuál resulta más conveniente a la satisfacción del interés público perseguido.

**13.1. Precio 100%**

La oferta de menor precio se le otorgara automáticamente un 100%. Para las demás ofertas se calculará el puntaje mediante el uso de la formula siguiente:

$$\frac{\text{Monto ofrecido por la oferta de menor precio}}{\text{Monto ofrecido por la oferta a evaluar}} \times 100\%$$

Total de puntos a obtener: 100%

- La misma se aplicará a cada línea en forma individual y el resultado que se obtenga de la sumatoria de todos los porcentajes obtenidos definirá quien será el adjudicatario.



AREA DE SALUD DE CORRALILLO  
Servicio de Laboratorio Clínico  
Tel. 2548-0322 – 2548-0044

---

**(Última Versión)**  
**Especificaciones técnicas**  
**OBJETO DE LA ADQUISICION**  
**COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA**  
**COMPRA DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES**  
**(MODALIDAD SEGÚN DEMANDA ART. 162 INCISO B RLCA)**

---

**Criterios de redondeo:** Para los cálculos de puntaje que impliquen el manejo de decimales se utilizará el trunca en dos decimales.

- **Selección del adjudicatario:** La elección del adjudicatario recaerá en la oferta que obtenga el mayor puntaje.

### **13.2. Desempate**

13.2.1. De acuerdo al artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en caso de empate en el primer lugar por el puntaje obtenido por las ofertas elegibles en la etapa de ponderación, se adjudicará a la empresa que ostente la condición de mayor puntuación adicional según las PYMES, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H “Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración”, siempre y cuando el proveedor haya demostrado en la oferta su condición y se aplicará una puntuación adicional, de acuerdo a la siguiente forma:

- **PYME de comercio 2 puntos**

En caso de persistir el empate, se aplicará lo indicado en el último párrafo del artículo 55 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa. Dicho sorteo se realizará en la Administración del Área de Salud de Corralillo, en fecha y hora que se comunicará oportunamente.

El Área de Salud de Corralillo convocará a un representante de cada uno de los oferentes para efectuar una rifa mediante la distribución de tantos papeles como proveedores empatados existan, se utilizará un único papel que indique el texto “ADJUDICATARIO”, los demás papeles estarán en blanco; el oferente que tome el papel con dicha leyenda le será adjudicada la contratación.

La no asistencia de una de las partes no impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se levantará acta suscrita por todos los asistentes, misma que se incorporará al expediente administrativo de la contratación.