



Caja Costarricense Seguro Social  
Hospital San Carlos  
Sub Área de Contratación Administrativa  
Teléfono: 2401-1222 Fax: 2460-4805

**AGBS-SCAHSC-1927-2016**  
16 de setiembre del 2016

Señores  
Proveedores

**ASUNTO:** Modificación y Aclaración Cartel Compra 2016CD-000055-2401

Estimados Señores:


Como adición al cartel de la compra mencionada en el epígrafe, cuya finalidad es adquirir **"Camas Hospitalarias y Mesas de Noche"** le remito nota No. **UEM-SIMHSC-213-2016**, suscrita por el Ing. Ansel Jonhson Thorpe, encargado de la Unidad Electromedicina del Hospital San Carlos, en las que se aclaran y modifican aspectos técnicos del cartel, los cuales deben considerarse para las cotizaciones y ofertas que sean presentadas.

Las modificaciones y aclaraciones están disponibles en la siguiente dirección: <http://www.ccss.sa.cr/licitaciones>, apartado de Unidad Programática 2401 Hospital San Carlos.

Para todos los efectos, el expediente se encuentra en Oficina de la Sub-Área de Contratación Administrativa del Área de Gestión de Bienes y Servicios, Hospital San Carlos.

Las restantes condiciones, administrativas, legales y técnicas del cartel, permanecen invariables.

Sin otro particular por el momento, suscribe:

  
Licda. Yinley Lara Fernández  
Coordinadora a.i. Sub-Área Contratación Administrativa  
Hospital San Carlos





Viernes, 16 de Setiembre de 2016  
UEM-SIMHSC-213-2016

Licenciada  
Yinley Lara Fernandez  
Coordinadora a.i. Sub Área de Contratación Administrativa  
Hospital San Carlos

**ASUNTO: Recurso de objeción al Cartel Compra # 2016CD-000055-2401.**

En referencia al asunto en mención le informo que luego de analizar el recurso de objeción interpuesto por la empresa se emite la siguiente resolución con el fin de satisfacer el interés público y en aras de adquirir el mejor equipo posible.

### Resolución

#### **ITEM 1 Cama Hospitalaria:**

- Punto 3 el cual se lee textualmente: **Con capacidad para soportar una carga de trabajo de 250 Kg como mínimo.**

Este punto se leerá de la siguiente forma: " Punto 1. Con capacidad para soportar una carga de trabajo de 220 kg como mínimo", se modifica el punto debido a que no causa repercusión en el funcionamiento de la cama.

- Punto 9 el cual se lee textualmente: **Movimiento de Fowler, Trendelemburg y piernas, Posicionamiento del tronco hasta 70° como mínimo, posicionamiento de rodillas hasta 30° como mínimo y posicionamiento de las piernas 20° como mínimo. Trendelemburg y Trendelemburg invertido  $\pm 15^\circ$  como mínimo.**

Este punto no sufrirá variación debido a que al disminuir los grados al posicionamiento del tronco la paciente quedaría muy inclinada.

- Punto 10 el cual se lee textualmente: **Altura del piso a la malla debe ser ajustable desde 40cm hasta 80cm incluyendo las ruedas como mínimo.**

Este punto no sufrirá variación debido a que al utilizar medidas inferiores según lo indicado por la Directora de Enfermería repercute en la salud del personal produciendo problemas en la espalda de sus funcionarios y con respecto a los riesgos de caídas estos se eliminan al utilizar correctamente las barandas. Cabe señalar que el rango de altura solicitado no incluye el colchón por lo que las dimensiones del mismo no son tomadas en consideración ya que el mismo por el peso del paciente no mantiene sus dimensiones originales.



Pág. # 2...

- Punto 14 el cual se lee textualmente: **Debe contar con un dispositivo de pedal que permita bajar la cama en forma instantánea manualmente en ambos lados.**

Este punto no sufrirá variación debido a que es un punto indispensable en el funcionamiento de la cama por si falla la parte eléctrica se cuenta con los pedales para la manipulación de la cama.

- Punto 16 el cual se lee textualmente: **Debe contar con alarma o dispositivos de seguridad de alerta que indique que la cama no se encuentra frenada, para evitar posibles accidentes.**

Este punto no sufrirá variación debido a que es un punto indispensable en el funcionamiento y seguridad de la cama para evitar accidentes que ya se han dado con camas existentes en nuestro Centro de Salud.

Sin otro particular se suscribe,

Atentamente,

**Ing. Ansel Eduardo Jonhson Thorpe MAG**  
Máster en Gerencia de Servicios de Salud  
ENCARGADO UNIDAD ELECTROMEDICINA



Expediente Compra # 2016CD-000055-2401, Contratación Administrativa, H.S.C.  
Archivo

*AS Ansel*