



2017 JUL 21 PM 2:24 Viernes, 21 de Julio de 2017
CTEM-HSC-047-2017

Lic. Raúl Vargas Ramírez
Coordinador
Sub Área Contratación Administrativa
Hospital San Carlos

RECIBIDO

ASUNTO: Modificaciones de Aspectos Técnicos. Cartel 2017-CD-000038-2401-Equipo Médico para Diagnóstico y Camas Hospitalarias

En atención al Oficio AGBS-SCAHSC-1370-2017 suscrito por su persona y a nota OINC-078-18072017 del 20 de junio del 2017 suscrita por el Sr. Rubén Lezama, Gerente General de OPTILEZ relacionado con solicitud de modificaciones técnicas al cartel en mención por parte de la empresa le informo que después de analizar dicha solicitud, se procedió a valorar con la Comisión Técnica de Equipo Médico acordando modificar la redacción del ítem 3 considerando que esto no afecta las condiciones técnicas requeridas para el Equipo Diagnóstico de Pared y más bien le aporta una mejora tecnológica al equipo.

ITEM 3 "Equipo Diagnóstico de Pared"

Punto 4 se lee "Oftalmoscopio con: sistema óptico normal, tres tamaños de punto (micro, pequeño y grande, mango blando, rango de dioptrías -20 a +20 y campo de visión 25° como mínimo. Iluminación por medio de lámpara halógena"

Solicitamos se modifique y se lea de la siguiente manera: "Oftalmoscopio con: sistema óptico normal, tres tamaños de punto (micro, pequeño y grande, mango blando, rango de dioptrías -20 a +20 y campo de visión 25° como mínimo. Iluminación por medio de lámpara halógena o xenón"

Punto 5 se lee "Otoscopio: con lente de ángulo ancho 360°, con ajuste de enfoque de profundidades, mecanismo de fijación y eliminación de espéculos, otoscopia neumática y con juego de 4 espéculos entre 2y 5mm. Iluminación por medio de lámpara halógena"

Solicitamos se modifique y se lea de la siguiente manera: " Otoscopio: con lente de ángulo ancho 360°, con ajuste de enfoque de profundidades, mecanismo de fijación y eliminación de espéculos, otoscopia neumática y con juego de 4 espéculos entre 2y 5mm. Iluminación por medio de lámpara halógena o xenón"

Sin otro particular se suscribe,


Dra. Gabriela Navarro Chaves
Coordinadora Comisión Técnica Equipo Médico
Hospital San Carlos



cc. Expediente Compra 2017 CD-000038-2401
Archivo