CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Carlos
Central de Equipamiento y Esterilización
Telefax 2401-12-76

CONT. ADMINISTRATIVA
HOSPITAL SAN CARLOS

2017 NOV 28 AM 8:47
RECIBIDO

CEYEHSC-177-2017
28 de Noviembre del 2017

Licenciada
Yinley Lara Fernández
Coordinadora a.i.
Sub Área Contratación Administrativa
Hospital San Carlos

Estimada Licenciada:

Asunto: Respuesta a solicitudes referentes a compra 2017CD-000065-2401

En respuesta a oficio AGBS-SCAHSC-2512-2017 del 27/11/2017 donde se solicitan modificaciones de aspectos técnicos establecidos en el cartel, se procede a emitir las siguientes recomendaciones:

-Empresa Transglobal Medical S.A. referente al ítem 2 correspondiente a Hidrogel debridante en forma de gel, donde solicitan que se modifique o amplié el detalle del tamaño del tubo requerido y se permita entregar tubo de 85 gramos (+/-5gr) o bien, su equivalente en tubos de 30 gramos. Siendo justificable la modificación recomendamos realizar el cambio en el cartel de aceptar la entrega en tubo de 85 gramos (+/-5gr) o bien, su equivalente en tubos de 30 gramos.
-Empresa TRI D.M. referente al ítem 11 donde solicita modificar el apósito de poliuretano de relleno medidas 15 cm x 15 cm (+/-7cm), se recomienda aceptar el cambio de aumentar o disminuir a 7 cm.
-Empresa ELCOM S.A. referente al ítem 4 donde solicita modificar a: Apósito de Hidrofibra no entrelazado en almohadilla, suave y estéril, compuesto fibras hidrocoloides 100% Carboximetilcelulosa sódica, polisorbato **o fibras de celulosa etil sulfonato.** No se recomienda modificar las características.
- Empresa Transglobal Medical S.A. referente al Ítem 23 donde solicita ampliar el detalle del empaque de la siguiente manera: Que su empaque individual tenga laminado de aluminio en soporte anterior y posterior o empaque individual en papel grado médico, recomendamos no se modifiquen las características del empaque ya que al ser un apósito de plata es recomendable un empaque de aluminio.

Sin más por el momento, suscribe.

Atentamente,

Hospital San Carlos
Central de Equipamiento y Esterilización

Licda. Claribeth Jara Quesada
Supervisora

CENTRAL DE EQUIPAMIENTO Y ESTERILIZACION
SEGURO SOCIAL
COSTA RICA
HOSPITAL SAN CARLOS
* C.C.S.S. *

Cc. Expediente de compra 2017CD-000065-2401
Archivo

Kzamora