



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Laboratorio Clínico, Hospital San Carlos

Telefax 2401-1255/2401-1256

Correo electrónico: omagonca@ccss.sa.cr // vejimenez@ccss.sa.cr

CONT. ADMINISTRATIVA
HOSPITAL SAN CARLOS

06 de abril 2017
DLC-HSC-045-2017

2017 APR -7 AM 10:26

RECIBIDO

Lic. Yinley Lara Fernandez
Coordinadora a.i.
Sub-Área Contratación Administrativa
Hospital San Carlos

ASUNTO: Aclaración solicitudes Licitación Abreviada 2017LA-00001-2401

Estimada Licenciada:

En atención a oficio AGBS-SCAHSC- 0602-2017, con fecha del 06 de abril de 2016, se aclara lo siguiente:

Ítem N° 2:

Punto I. Sobre la cantidad estimada anual del ítem 2, línea 4. **Dímero D:** Cuando se dice juego se aclara que el juego debe constar de 100 pruebas o la cantidad equivalente en presentación de menor tamaño.

Ítem 3.

Línea 2: Se aclara que se requiere en un único Kit para detectar al menos Influenza A y B, y virus respiratorio Sincicial en un solo paso. Por lo tanto no se aceptan en dos partes.

Respecto a la aclaración solicitada por la compañía Tecnodignóstica Sociedad Anónima, se describen las características técnicas de la impresora de código de barras que se necesita:

- Método de impresión térmica directa/transferencia térmica.
- Sistema de carga de cinta rápido y fácil.
- Resolución 203dpi (08 puntos por mm).
- Ancho máximo de etiquetas y soporte: 108 mm (4.25"mm).
- Ancho mínimo de etiquetas y soporte: 19 mm (0.75"mm)
- USB V1.1, bidireccional.

Se solicita en último párrafo (folio 73) esclarecer modelo o características de la centrifuga que necesita el Servicio de Laboratorio: Se aclara que para el Ítem 1, no se solicita centrifuga. Sin embargo, en el caso del ítem 2, aunque tampoco se solicita, es una mejora tecnológica a la que se le está dando un 2% en la tabla de ponderación del precio, por lo que las características técnicas serían las básicas, pues serían para centrifugar tubos 12x75 (coagulación) y que sea para usar con voltaje de 110-120 voltios.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL


Dirección de Laboratorio Clínico, Hospital San Carlos


Telefax 2401-1255/2401-1256

Correo electrónico: omagonca@ccss.sa.cr // vejimenez@ccss.sa.cr.

Por otra parte, la Comisión Técnica de Laboratorio considera necesario que se aclare que para el ítem 1 Frascos de Hemocultivo, se corrija la primera línea del punto 2.5.1.8 para que se lea "...El equipo debe ser nuevo o con menos de 10 (diez) años de uso..."

Sin otro particular, se suscribe,


Dra. Olga M. González Calvo
Directora Laboratorio Clínico


Dra. Ivannia Quirós Rojas
Jefe Sección Hematología


Dra. Laura Blanco Quirós
Jefe Sección Bacteriología