

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección Médica. Área Salud de Pital


Teléfono: 2473-30-89 extensión 103 / Fax: 2473-35-53

Pital 26 de setiembre del 2016

RHNASPDM16 -279-2016

Licenciado
Ronny Monge Sandy
Administrador
Área de Salud de Pital

Estimado señor:



ASUNTO: Aclaración respecto a especificaciones compra 2016CD-000007-2475,
"INSUMOS MÉDICOS".

En atención a su solicitud en donde requiere aclaración respecto a las características técnicas, respecto a los ítems 5, 6, 7 y 8, solicitada por el proveedor Laboratorios RYMCO S.A procedo a indicarle lo siguiente:

Se analizó la solicitud de aclaración respecto a las características de las mascarillas laríngeas acordándose lo siguiente, tomar como referencia el peso de las mascarillas y no el tamaño; por lo cual léase correctamente lo siguiente:

ITEMS	DESCRIPCIÓN
5	Mascarilla laríngea con volumen máximo de inflación de 7ml, para infantes entre 5-10 kg
6	Mascarilla laríngea con volumen máximo de inflación hasta de 10 ml, para infantes y niños de 10 a 20 kg.
7	Mascarilla laríngea con volumen máximo de inflación hasta de 14 ml, para niños de 20- 30 kg.
8	Mascarilla laríngea con volumen máximo de inflación de 4ml, para neonatos <4kg.

Sin otro en particular, se despide:

AREA DE SALUD PITAL

Dra. Kattia Corrales Barboza
Directora Médica



Dra. Adelfina Salazar Chacón
Servicio solicitante



CC/Archivo.

"CCSS....una institución comprometida con el buen trato"