



Ciudad Quesada, 07 de abril del 2020  
**DRIPSSRHN-UGBS-0319-2020**

Señores  
PROVEEDORES EN GENERAL

Estimados señores:

**ASUNTO: AVISO #03 TRASLADO FECHA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000007-2499 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO, ODONTOLOGÍA Y SU MANTENIMIENTO**

En atención a **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DRIPSSRHN-0919-2020** esta Unidad de Bienes y Servicios les comunica que tomando en cuenta la situación por la que atraviesa el país y las medidas que ha tomado el Gobierno para tratar de frenar la proliferación del virus tales como la restricción vehicular que a partir de este miércoles será total, para citar una, además que por esta misma razón la Unidad Gestión de Bienes y Servicios de esta Dirección de Red permanecerá cerrada el día de mañana, es que en aras del interés público se prorrogará el plazo de recepción de ofertas de la Licitación Abreviada 2020LA-000007-2499, hasta el jueves **16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m.**

Sin otro particular por el momento, suscribe,

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  
REGIÓN HUETAR NORTE

  
Licda. Maricel Rojas Quirós  
Unidad Gestión de Bienes y Servicios



- Expediente 2020LA-000007-2499.
- Ing. Ansel Jonhson Thorpe, Ingeniero Electromedicina ARIM



Ciudad Quesada, 03 de abril del 2020  
**DRIPSSRHN-UGBS-0313-2020**

Señores

PRISMA DENTAL SUPPLY S.A.

Tel: 2291-5000 Fax: 2291-5454

SERVICIOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

Tel: 2223-6212 Fax: 2233-0168

ENHMED S.A.

Tel: 2281-2827 Fax: 2283-4112

DENTAL Y MEDICAL SUPPLY S.A.

Tel: 2253-5083 Fax: 2225-7754

SIRE MEDICA S.A.

Tel 2290-2974 Fax: 22204451

CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIDAD DE RESPONSABILIDA LIMITADA

Tel: 2221-2010 Fax: 2221-1957

OPTIMED S.A.

Fax: 4082-8384

Estimado señor:

**ASUNTO: AVISO #02 MODIFICACIONES AL CARTEL DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000007-2499 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO, ODONTOLOGÍA Y SU MANTENIMIENTO**

Esta Unidad de Gestión de Bienes y Servicios les comunica la siguiente modificación al Cartel de la Licitación Abreviada 2020LA-00007-2499 correspondiente de Compra de Equipo de Laboratorio, Odontología y su Mantenimiento:

**ITEM #03 "BALANZA ANALÍTICA"**

- Punto 3.2 del cartel dice textualmente "Capacidad mínima 1 y máximo 15 kilogramos.", de ahora en adelante se leerá de la siguiente manera **"Capacidad mínima 1 y máximo 15 kilogramos ± 5 Kg"**

Sin otro particular por el momento, suscribe,

**ATENTAMENTE**  
**DIRECCIÓN RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**  
**REGIÓN HUETAR NORTE**

Licda. Maricel Rojas Quirós  
Unidad Gestión de Bienes y Servicios

Expediente 2020LA-000007-2499.  
Ing. Ansel Jonhson Thorpe, Ingeniero Electromedicina ARIM

Red integrada Huetar Norte, líder en la prestación de Servicios de Salud.





Ciudad Quesada, 02 de abril del 2020  
DRIPSSRHN-UGBS-0302-2020

Señores

PRISMA DENTAL SUPPLY S.A.

Tel: 2291-5000 Fax: 2291-5454

SERVICIOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

Tel: 2223-6212 Fax: 2233-0168

ENHMED S.A.

Tel: 2281-2827 Fax: 2283-4112

DENTAL Y MEDICAL SUPPLY S.A.

Tel: 2253-5083 Fax: 2225-7754

SIRE MEDICA S.A.

Tel 2290-2974 Fax: 22204451

CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIDAD DE RESPONSABILIDA LIMITADA

Tel: 2221-2010 Fax: 2221-1957

OPTIMED S.A.

Fax: 4082-8384

Estimado señor:

**ASUNTO: AVISO #01 MODIFICACIONES AL CARTEL DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000007-2499 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO, ODONTOLOGÍA Y SU MANTENIMIENTO**

Esta Unidad de Gestión de Bienes y Servicios les comunica las siguientes modificaciones al Cartel de la Licitación Abreviada 2020LA-00007-2499 correspondiente de Compra de Equipo de Laboratorio, Odontología y su Mantenimiento:

**ITEM #05 "MICROSCOPIO BINOCULAR"**

- Punto 5.12.1 del cartel dice textualmente "Rectangular (no menor) de 155 x 140 mm", de ahora en adelante se leerá de la siguiente manera **"Rectangular de 155 x 140 ± 40mm"**
- Punto 5.12. 3 del cartel dice textualmente "Platina giratoria de 110 grados o más de rotación de 120mm mínimo", de ahora en adelante se leerá de la siguiente manera **"Platina fija o Platina giratoria de 110 grados o más de rotación"**.
- Punto 5.16 del cartel dice textualmente "Debe cumplir con los siguientes estándares de calidad: ISO 9001 y en concordancia con la norma IE601-1", de ahora en adelante se leerá de la siguiente manera **"Debe cumplir con los siguientes estándares de calidad: ISO 9001 y en concordancia con la norta IE601-1 o su equivalente según estándares nacionales o Internacionales"**.



DRIPSSRHN-UGBS-0302-2020

Pag. No. 02

ITEM #08 "COAGULOMETRO"

- Punto 8.15 del cartel dice textualmente "Impresión de los resultados y los datos de las curvas de calibración a partir de una impresora térmica incorporada", de ahora en adelante se leerá de la siguiente manera **"Impresión de los resultados y los datos de las curvas de calibración a partir de una impresora térmica incorporada o una impresora externa la cual debe ser suministrada con el equipo con 2 juegos de cartuchos de tinta"**

De igual manera se aclara que para este procedimiento no se solicitó garantía de Participación.

Sin otro particular por el momento, suscribe,

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  
REGIÓN HUETAR NORTE

Licda. Maricel Rojas Quirós  
Unidad Gestión de Bienes y Servicios

- Expediente 2020LA-000007-2499.
- Ing. Ansel Jonhson Thorpe, Ingeniero Electromedicina ARIM
- Archivo