



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Área de Salud Guápiles
Coordinación de Mantenimiento, Activos y Contratos
Central Telefónica 2710-0489 Ext. 115
Email: achavesp@ccss.sa.cr , ammonter@ccss.sa.cr

RIPSSHA-ASG-CMA-014-2021
12/03/2021

Licda. Yadely Angulo Angulo
Unidad Contratación Administrativa
Área de Salud Guápiles
C.C.S.S.

ASUNTO: Aclaración al cartel de Expediente 2021CD-000003-2634- Adquisición de equipos Cámaras de refrigeración.
--

Referente a solicitud de aclaración interpuesta por la empresa SEYLA S.A, según oficio sin número de referencia, se aclara lo siguiente:

Ítem N°1:

08 Ud Cámara de Refrigeración

Punto N°8: Con una puerta tipo de abatir, de vidrio claro temperado, doble forro, debe contar con cerradura de seguridad en su puerta, y su respectiva agarradera.

Este punto debe leerse correctamente:

Con una puerta tipo de abatir, de vidrio claro temperado, con doble o triple panel de vidrio, que garantice la eliminación de condensados y garantice la visibilidad a lo interno, debe contar con cerradura de seguridad en su puerta, y su respectiva agarradera.

Punto N°9: Que garantice la estabilidad o uniformidad de la temperatura (mínimo +/-3°C)

Este punto debe leerse correctamente:

Que garantice la estabilidad o uniformidad de la temperatura en +/- 3°C como máximo.
El equipo debe contar con un rango de temperatura de 2° a 8° C.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Area de Salud Guapiles
Coordinación de Mantenimiento, Activos y Contratos
Central Telefónica 2710-0489 Ext. 115
Email: achavesp@ccss.sa.cr , ammonter@ccss.sa.cr

Punto N°21: Con compresor de 1/3 HP, como mínimo. Preferiblemente sellado.

Este punto debe leerse correctamente:

Con compresor herméticamente sellado, de un 1/3 de HP de potencia como mínimo. Este dispositivo es parte muy importante del sistema de refrigeración del equipo.

Todo lo demás del cartel queda sin modificaciones.

Atentamente,

Licda. Aliana Chaves Pérez
Coordinadora de Mantenimiento, Activos y Supervisión de Contratos
Area de Salud Guapiles- C.C.S.S.