



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
Area de Salud Guapiles  
Coordinación de Mantenimiento, Activos y Contratos  
Central Telefónica 2710-0489 Ext. 115  
Email: [achavesp@ccss.sa.cr](mailto:achavesp@ccss.sa.cr) , [ammonter@ccss.sa.cr](mailto:ammonter@ccss.sa.cr)

RIPSSHA-ASG-CMA-018-2021  
17/03/2021

Licda. Yadely Angulo Angulo  
Unidad Contratación Administrativa  
Área de Salud Guápiles  
C.C.S.S.

**ASUNTO:** Aclaración al cartel de Expediente 2021CD-000005-2634- Adquisición de equipo Unidad de Oftalmología.

Referente a solicitud de aclaración interpuesta por las empresas Optilez INC según oficio de referencia OINC-027-16032021 e Insumed INC según oficio sin número de referencia, se aclara lo siguiente:

**Ítem N°1:**

01 Ud Unidad de Oftalmología

**Apartado A:** Silla oftalmológica y Stand.

**Punto N°6:** Debe contar con cabecera. De tipo ajustable, preferiblemente.

En este punto se solicita con cabecera, no se discrimina el tipo de cabecera, lo que significa que, si el sillón cuenta con cabera o apoya cabeza ergonómico, el equipo cumple con lo solicitado. Lo que se persigue es que el sillón garantice el apoyo de la cabeza en una posición aceptable.

**Punto N°14:** El stand debe contar con una sobremesa con dimensiones minimas de 80 cm de largo y 40 cms de fondo.

Este punto debe leerse correctamente:

El stand debe contar con una sobremesa con dimensiones minimas de 80 cm de largo y 38 cms de fondo.

**Punto N°17:** Debe contar con pulsadores subida, bajada y reclinación del sillón, como mínimo. En el sobremesa como en la base del Stand.

Este punto debe leerse correctamente:



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
Area de Salud Guapiles  
Coordinación de Mantenimiento, Activos y Contratos  
Central Telefónica 2710-0489 Ext. 115  
Email: [achavesp@ccss.sa.cr](mailto:achavesp@ccss.sa.cr) , [ammonter@ccss.sa.cr](mailto:ammonter@ccss.sa.cr)

Debe contar con Pulsadores subida, bajada y inclinación del sillón, como mínimo. En el sobremesa y/o en la base del Stand.

### **Apartado C. Autorefractometro con querotometro digital**

**Punto N°2:** Refracción esférica: -30 a +25 medición con diametro mínimo medible 2 mm.

Este punto debe leerse correctamente:

Refracción esférica: -25 a +22 medición con diámetro mínimo medible 2 mm.

Este rango es el mínimo de cumplimiento, el equipo que lo supere cumple a cabalidad.

### **Apartado D. Lensometro digital**

**Punto N°10:** Grados de Prisma: Horizontal  $15\Delta$ , Vertical  $20\Delta$

Este punto debe leerse correctamente:

Grados de Prisma: Horizontal  $15\Delta (+/- 2\Delta)$ ., Vertical  $20\Delta (+/- 2\Delta)$ .

**Punto N°11:** Con un diámetro del Lente:  $\varnothing 7 \sim 110\text{mm}$

Este punto debe leerse correctamente:

Con un diámetro del lente: 7 – 100 mm.

**Punto N°12:** Grosor del Lente:  $\leq 20\text{mm}$

Este punto debe leerse correctamente:

Grosor del Lente:  $\leq 20\text{mm}$ , preferiblemente.

**Punto N°13:** Con un rango de DP: 30 ~ 100mm

Este punto debe leerse correctamente:

Con un rango mínimo de DP: 50 – 90 mm



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
Area de Salud Guapiles  
Coordinación de Mantenimiento, Activos y Contratos  
Central Telefónica 2710-0489 Ext. 115  
Email: [achavesp@ccss.sa.cr](mailto:achavesp@ccss.sa.cr) , [ammonter@ccss.sa.cr](mailto:ammonter@ccss.sa.cr)

**Punto N°14:** Con un rango de AP: 4-5 mm

Este punto refiere al área pupilar.

Este punto debe leerse correctamente:

Con un rango de AP: 4-5 mm, preferiblemente.

### **Apartado E. Proyector de Optotipos (Pantalla)**

**Punto 1:** Panel o pantalla plana digital de LCD de 20" o mayor.

Este punto queda modificaciones, ya que se requiere un dispositivo de proyección de tamaño adecuado que permita realizar las pruebas técnicas que se requieran sin ninguna dificultad. Es conocido que en el mercado existen dispositivos de tamaños iguales o superiores al solicitado en gran variedad de marcas, por lo cual se considera que no se esta limitando la participación de ofertar según lo solicitado.

Con respecto al Apartado, Aspectos administrativos legales, específicamente el periodo de vigencia de la garantía de cumplimiento.

Este alegato lo resolverá el ente competente de nuestra unidad en materia de Contratación Administrativa.

**Todo lo demás del cartel queda sin modificaciones.**

Atentamente,

Licda. Aliana Chaves Pérez  
Coordinadora de Mantenimiento, Activos y Supervisión de Contratos  
Area de Salud Guapiles- C.C.S.S.