



Caja Costarricense de Seguro Social
Área de Salud Siquirres
Ingeniería y Mantenimiento
Teléfonos 2713-3700 ext. 2130, Fax. 2713-3799
<http://www.ccss.sa.cr/regionhuetaratlantica>

Siquirres, 17 de mayo del 2018
CTREM-0012-2018

Licenciada
Yirlany Cruz Cruz
Contratación Administrativa
DRSSHA
Caja Costarricense de Seguro Social

Asunto: Envío de solicitudes de aclaración, ampliación y objeciones al cartel de la Contratación 2018LA-000001-2699 “Compra Regional de Equipo Médico, Incluye Mantenimiento Preventivo”.

Estimada Licenciada

Con respecto a lo solicitado en el oficio **URCA/RHA/140-2018** de fecha del 11 de mayo del 2018 se aclara lo siguiente:

- **MEDITRON**

ÍTEM#3 Electrocauterio

Para el Punto donde se solicita modificar la potencia del equipo, no es posible dar lugar a esto, ya que se estaría limitando la potencia del equipo, además se toma como referencia los equipos que se encuentran instalados y en uso en el área de Salud de Siquirres y es la que es solicitada por los médicos, por lo que no se da lugar a lo solicitado.

ÍTEM#4 Doppler Fetal

Se solicita que la característica de que el equipo tenga opcionalmente salida de audífonos, se da lugar a lo indicado, ya que esto no afecta el funcionamiento del mismo.

ÍTEM#16 Desfibrilador

Considerando lo expuesto del tipo de Centro Médico en cual se va a utilizar el equipo se da lugar a la petición, quedando eliminada la línea 21 de la página 52, donde se indica que El Equipo debe tener la capacidad de funcionar con paletas de desfibrilación interna



Caja Costarricense de Seguro Social
Área de Salud Siquirres
Ingeniería y Mantenimiento
Teléfonos 2713-3700 ext. 2130, Fax. 2713-3799
<http://www.ccss.sa.cr/regionhuetaratlantica>

ÍTEM#22 Oxímetro de Pulso

Con respecto a este punto se aclara que los lugares en los cuales se van utilizar los equipos muchos no cuenta con fuente alternativa de energía o se van a utilizar en EBAIS de visita periódica, por lo tanto se requiere que la batería permita la atención del paciente aun así cuando no se cuente con fluido eléctrico, siendo esto un aspecto de consideración en la atención directa al asegurado, por lo tanto no se toma en cuenta su petición debido a que puede ver afectada la atención directa al paciente.

Sin más por el momento,

**Ingeniera Electromedicina
C.A.I.S.-Área de Salud de Siquirres**