



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA  
2699- SUPERVISIÓN REGIONAL DE ODONTOLOGÍA  
Tel. 2758-1803 ext. 2004  
Correo electrónico: [csanties@ccss.sa.cr](mailto:csanties@ccss.sa.cr)

---

**SUPERV-ODONT-0017-2020**

19 de mayo de 2020

Estimada Señora:  
Licenciada Yirlany Cruz Cruz  
**Coordinadora**  
**Unidad Regional Contratación Administrativa**  
**DRIPSSHA**

**ASUNTO: “RESPUESTA A OFICIO URCA/RHA/174-2020 SOBRE LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000003-2699”.**

Saludos Cordiales. En base a la Solicitud de Aclaración de la **Licitación Abreviada 2020LA-000003-2699**, se presentan dos Oficios los cuales son los siguientes:

- **Oficio de fecha 13 de mayo 2020, suscrito por el Sr. Andres Clarke Holman, Apoderado Generalísimo de la Empresa CLARKE, cuyo asunto se refiere a “Solicitud de aclaración /modificación al cartel.**

En el cual indica que para el **Cartel del Concurso 2020LA-000003-2699** se aclarara lo siguiente:

**Referente al ítem 65, (Pruebas biológicas para comprobar la adecuada esterilización del material y equipo).**

Donde se solicita: **“Con fecha de vencimiento no menor a 24 meses a partir de su entrega”** solicitamos que se modifique o amplíe el detalle de la siguiente manera **““Con fecha de vencimiento no menor a 16 meses a partir de su entrega””**, esto se solicita debido a que los insumos tienen una vida útil a partir del momento de su fabricación de 24 meses, por lo que si consideramos el tiempo de importación hacia Costa Rica y el almacenaje la vida útil real con la que se comercializa el producto en el país ronda entre los 16 a los 18 meses.

**Respuesta:**

***Léase correctamente lo siguiente:***

***“En el Punto 2. g. del Ítem 65: Con Fecha de Vencimiento no menor a 18 meses a partir de su entrega”.***



Adicionalmente para este **ítem 65** se solicita:

**Para el Área de Salud Valle la Estrella: Debe incluir 2 incubadoras específicas para el indicador sin costo adicional para la CCSS**

**Para el Área de Salud Guácimo: Debe incluir 3 incubadoras específicas para el indicador sin costo adicional para la CCSS**

**Para el Área de Salud Siquirres: Debe incluir 4 incubadoras específicas para el indicador sin costo adicional para la CCSS**

**Para el Área de Salud Guápiles: Debe incluir 4 incubadoras específicas para el indicador sin costo adicional para la CCSS**

**Para el Área de Salud Limón: Debe incluir 5 incubadoras específicas para el indicador sin costo adicional para la CCSS.**

Ante esto argumentamos que la solicitud es absolutamente desproporcionada con relación a la cantidad de indicadores que se están solicitado, ya que en total serían 18 incubadoras y estos equipos son muy costosos en el mercado; como oferentes debemos adquirirlos para poder brindárselos posteriormente en concesión a las instituciones. Esta situación no nos permitiría poder participar ya que se convierte en una oferta completamente ruinosa. La institución debe en este caso velar porque se cumplan dentro del cartel los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en lo solicitado a los oferentes.

Expuesto lo anterior solicitamos que se modifique o amplíe el detalle de la siguiente manera: Para cada Sede de Ebais o Area de Salud que cuente con servicio de Odontología, el oferente deberá aportar una incubadora en condición de préstamo durante el periodo de vigencia de la compra. (Para un total de 5 incubadoras)

**Respuesta:**

***Léase correctamente lo siguiente:***

**“PRUEBAS BIOLÓGICAS PARA COMPROBAR LA ADECUADA ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO ODONTOLÓGICA. (DEBE INCLUIR INCUBADORA ESPECÍFICA PARA INDICADOR SIN COSTO ADICIONAL PARA CADA UNIDAD PROGRAMÁTICA DE LA CCSS, QUE ESTÁ SOLICITANDO LAS PRUEBAS BIOLÓGICAS; ACCESORIO COMO \*REQUISITO INDISPENSABLE).)**

**\*REQUISITO INDISPENSABLE CON CERTIFICADO EMB”**

Finalmente en el punto m. de las especificaciones técnicas **del ítem 65** se solicita: **“Las incubadoras deben contar con sistema de lectura por fluorescencia y brindar el resultado en 1 hora”** solicitamos que se modifique o amplíe el detalle de la siguiente manera: **Las incubadoras deben contar con sistema de lectura por fluorescencia y brindar el resultado en 1 hora y contar con al menos 8 pocillos para la incubación de las pruebas”**



**Respuesta:**

***Léase correctamente lo siguiente:***

**“En el Punto 2. m. Las Incubadoras deben contar con Sistema de Lectura por Fluorescencia y brindar el Resultado en 1 hora y contar con al menos 8 a 12 pocillos o receptáculos para la incubación de las Pruebas Biológicas”.**

- **Oficio DL.EEE.2020-180 de fecha 13 de mayo 2020, suscrito por el Sra. Lorena Lopez Lopez, Representante Legal de la Empresa Especialistas en Esterilización y Envase, cuyo asunto se refiere a “Solicitud de aclaración al cartel.**

Con respecto al ítem 21, Desinfectante antibacteriano, virucida, fungicida y micobactericida en espumogeno, solicitamos lo siguientes:

- Punto 5: Indica “Empaque Primario: Individual, en bolsa o caja, original de fábrica, resistente, que brinde protección al artículo. Con su respectiva etiqueta que indique el nombre del artículo, número de referencia, número de lote, nombre de la casa fabricante y país de origen.” Solicitamos que se permita la presentación de envase plástico de 750ml, listo para su uso. Quedando de la siguiente manera: “Empaque Primario: Individual, en bolsa, caja o envase plástico original de fábrica, resistente, que brinde protección al artículo. Con su respectiva etiqueta que indique el nombre del artículo, número de referencia, número de lote, nombre de la casa fabricante y país de origen.” Esto permitiría una mayor cantidad de posibles oferentes.

**Respuesta:**

***Léase correctamente lo siguiente:***

**En el Punto 5 del Ítem 21.**

**“Empaque Primario:**

**Presentación de Envase Plástico con un Rango de 750 mililitros a 1.000 mililitros, listo para su uso. Individual, en bolsa o caja, original de fábrica, resistente, que brinde protección al artículo. Con su respectiva etiqueta que indique el nombre del artículo, número de referencia, número de lote, nombre de la casa fabricante y país de origen”.**

Con respecto al ítem 65, Pruebas Biológicas para comprobar la adecuada esterilización del material y equipo odontológico, solicitamos lo siguientes:

- Solicitamos que nos aclaren la cantidad y distribución de las incubadoras solicitadas, esto debido a que en diferentes partes del cartel se indican cantidades diferentes de las mismas, por esta razón requerimos que nos aclaren este punto.
- Punto g de especificaciones técnicas indica lo siguiente: “Con fecha de vencimiento no menor a 24 meses



a partir de su entrega.” Solicitamos que la misma se modifique la siguiente manera: Con fecha de vencimiento no menor a 18 meses a partir de su entrega. Esto debido a que la espora de *Geobacillus stearothermophilus* utilizada en estos controles biológicos tiene una vigencia de 24 meses, tiempo que inicia en el momento de su fabricación, al ser un producto que se debe importar se debe descontar por lo menos un mes de la vigencia en la logística de importación del producto, además para cumplir con el plazo solicitado, se requiere tener un stock disponible lo cual puede disminuir esa vigencia.

**Respuesta:**

***Léase correctamente lo siguiente:***

***En el Ítem 65 se describen la Cantidad y distribución de los Indicadores Biológicos y de las Incubadoras para las 05 Unidades Programáticas de la CCSS que están solicitando las Pruebas Biológicas y las Incubadoras.***

***“En el Punto 2. g. del Ítem 65: Con Fecha de Vencimiento no menor a 18 meses a partir de su entrega”.***

Atentamente,

**COMISIÓN DE COMPRAS DE INSUMOS Y MATERIALES DE ODONTOLOGÍA AÑO 2020.  
DIRECCIÓN RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLÁNTICA**

---

Dr. Carlomagno Santiesteban Avila  
Supervisor Regional de Odontología  
DRIPSSHA

---

Dr. Eduardo Sutherland McKenzie  
Coordinador de Odontología  
Área Salud Limón

---

Dra. Kattia Fallas Montoya  
Coordinadora de Odontología  
Área Salud Valle la Estrella

---

Lic. Yeiner Pérez Bonilla  
Encargado Presupuesto  
CAIS y Área Salud Siquirres

CSA/sab  
Copia:

Expediente 2020LA-000003-2699  
Archivo