



**COMPRA DIRECTA
2013CD-000033-2941**

**EQUIPO AUTOMATIZADO DE CONTROL DE DISOLUCIÓN DE
TABLETAS**

Aviso N° 01

El Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social comunica a los interesados en el presente concurso que en las especificaciones técnicas presentadas para este concurso, **se considere** lo siguiente:

1- Para que en el punto 1.1.13 donde dice;

“Con control de temperatura de 30° a 50°C. Con control de temperatura con una precisión de $\pm 0,2$ °C”,

Se lea correctamente:

“1.1.13 Con control de temperatura de 30°C a no más 55°C. Con control de temperatura con una precisión de $\pm 0,2$ °C”.

Para cualquier consulta el expediente se encuentra en la oficina de Compras de este Laboratorio.

El resto del cartel se mantiene invariable. Alajuela 23 de setiembre de 2013. Licda. Carmen L. Monge Chaves, MSc., Oficina de Compras.