

**CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL**  
GERENCIA DE LOGÍSTICA  
DIRECCION TECNICA DE BIENES Y SERVICIOS  
LABORATORIO DE NORMAS Y CALIDAD DE MEDICAMENTOS

**COMPRA DIRECTA**  
**2013CD-000043-2941**

**CRISTALERIA E INSUMOS DE LABORATORIO**

**Aviso Nº 02**

El Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social comunica a los interesados en el presente concurso que erróneamente se publicó para la línea Nº 09 la ficha técnica del "Pipetas serológica clase A de 5 mL de capacidad código 2-86-01-0179" **siendo lo correcta** la ficha técnica de las Pipetas Volumétricas clase A de 5 mL código 2-86-01-0179.

Por lo antes expuesto la ficha correcta para la línea Nº 09 es "Pipetas Volumétricas clase A de 5 mL código 2-86-01-0179", la cual se anexa a este documento.

Para cualquier consulta el expediente se encuentra en la oficina de Compras de este Laboratorio.

El resto del cartel se mantiene invariable. Alajuela 08 de octubre del 2013. Lic. Francisco J. Palma Soto, Oficina de Compras.





Nombre y descripción del producto	Pipetas volumétricas clase A de 5 mL de capacidad
Código de la CCSS	2-86-01-0179
Unidad de medida	unidad
Presentación	Caja de cartulina u otro material resistente conteniendo pipetas en un empaque que los proteja de quebraduras. Material de la pipeta vidrio.
Especificaciones técnicas	Pipetas volumétricas clase A de 5 mL de capacidad para dispensar, precisión $\pm 0,03$ mL
Estabilidad o expiración del producto	NA
Rotulación mínima	Nombre del insumo, volumen , precisión ,marca o línea de aforo
Documentos requeridos	
En la oferta deberá incluirse lo siguiente:	Catalogo a ofertar
Con la entrega del producto :	Certificado por lote o pieza
Empaque del producto	Que sea capaz de protegerlo de quebraduras
Referencia	Similar a Fisher 13-650-2F ó Similar a Corning 7101-5 ó Similar a Kimax-Kimble 37010-5/37018L-5 Thomas 1234G55, LMS precisión

*M. Lorena Fuentes Carrillo*  
Encargada de Unidad Operativa

