



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios  
Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos  
Teléfono: 2441-0730 / Fax: 2441-0724

**COMPRA DIRECTA**  
**2015CD-000020-2941**

**REACTIVOS PARA BIONALISIS**

**Aviso N° 01**

El Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social comunica a los interesados en el presente concurso que en la especificación técnica presentada para este concurso del ITEM N°05 "Digerido péptico de tejido animal (peptona de carne) 0.1% Líquido de enjuague para pruebas de esterilidad para usar en unidades steritest (fluido A)":

**En donde dice:**

- "Frasco de vidrio incoloro o policarbonato conteniendo 500 mL."

**Debe leerse correctamente:**

- "Frasco de vidrio incoloro o policarbonato conteniendo como mínimo 500 mL."

Para cualquier consulta el expediente se encuentra en la oficina de Compras de este Laboratorio.

Se anexa ficha técnica corregida.

El resto del cartel se mantiene invariable. Alajuela 24 de julio de 2015. Lic. Francisco J. Palma Soto, Oficina de Compras.



45

<b>Nombre y descripción del producto</b>	<b>Digerido péptico de tejido animal Fluido A.</b> Líquido de enjuague para pruebas de Esterilidad para usar en unidades Steritest®
<b>Código de la CCSS</b>	1-75-01-0001
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Presentación</b>	Frasco de vidrio incoloro o policarbonato conteniendo como mínimo 500 mL. Envase cerrado herméticamente con flip off, tapa de rosca y septum de goma. O crimp cap con septum.
<b>Especificaciones técnicas</b>	Peptona de carne (digerido péptico de tejido animal) 1,0 g Agua purificada para un litro pH 7,1 ± 0,2
<b>Estabilidad o expiración del producto</b>	6 meses mínimo a partir de su ingreso al Laboratorio
<b>Rotulación mínima</b>	La etiqueta del envase debe indicar: el nombre, Fabricante, Condiciones de almacenamiento, N° de lote y Fecha de Vencimiento
<b>Garantía</b>	Que mantenga sus características y condiciones durante su vida útil, en condiciones de almacenamiento apropiadas.
<b>Documentos requeridos</b>	
<b>En la oferta deberá incluirse lo siguiente:</b>	Copia de parte de catálogo donde se puede verificar lo ofrecido. Incluyendo la fórmula.
<b>Con la entrega del producto:</b>	Certificado de fábrica de calidad del producto donde se detallen las pruebas realizadas y el resultado de las mismas como pH, esterilidad, y promoción de crecimiento hoja de seguridad
<b>Empaque del producto</b>	Empaque primario: frasco de vidrio o plástico incoloro Empaque Secundario: no aplica
<b>Referencias</b>	Merck -MILLIPORE STBM RFA34 , STBM RFA64 Hardy diagnostics U-349, U342, U249

Firma de responsable: \_\_\_\_\_

