



Modificación N° 2
Licitación Abreviada N° 2020LA-000004-4402
“Compra de Arcos en C para Nuevos Quirófanos del
Hospital México”

Fecha: 12 de agosto de 2020

I. Modificaciones realizadas por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería:

Número 1:

Aspecto legal - administrativo		Aspecto técnico	x	Aspecto financiero	
Tema:	<u>Arco en C de alta potencia código R18A</u> Punto 10.3				
Modificación	Esta administración procedió a revisar lo indicado en el punto 10.3 del formulario F-ED-09 para Arco en C de alta potencia, y con el propósito de permitir una mayor participación siempre respetando el cumplimiento de la finalidad clínica, se procedió a consultar con la jefatura del servicio de rayos X del Hospital México, sobre los topes de rotación. De acuerdo con lo indicado en el oficio RX-HM-110-06-2020 (Anexo #1) emitido dicha jefatura, se explica que pocas veces llegan a los topes de rotación, por lo que la administración, apegados al principio de libre competencia, modifica el punto 10.3 y se elimina la palabra “mínimo” anteriormente consignada en este punto. El punto 10.3 queda de la siguiente manera: “De rotación (orbital) con rango de -55° (+/-5) a + 100° (+/-5)”				

Número 2:

Aspecto legal - administrativo		Aspecto técnico	x	Aspecto financiero	
Tema:	<u>Arco en C de baja potencia código R18B</u> Punto 3.10				
Modificación	Esta administración procedió a revisar lo indicado en el punto 3.10 del formulario F-ED-09 para Arco en C de baja potencia, y con el propósito de permitir una mayor participación siempre respetando el cumplimiento de la finalidad clínica, el punto 3.10 queda de la siguiente manera: “Tiempos de exposición variable de ≤ 10 ms a ≥ 40 ms”				

Se mantiene la fecha para el acto de apertura de ofertas:



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS
DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Fecha: 18 de agosto de 2020

Hasta las: 10:00 a.m.

Lugar: oficinas de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, ubicadas en el piso N° 12 del edificio Jenaro Valverde (Anexo), avenida 4ta, calles 5 y 7.

El resto del cartel permanece invariable.

Ing. Alejandra Granados Campos
Responsable del contrato

Ing. Ronald Ávila Jiménez
Jefe Área de Construcción

agc/raj

C. Lic. Verónica Leiva Castro, Administradora de concurso, Subárea de Gestión Administrativa y Logística, DAI
Ing. Sofía Chaves Zúñiga, Coordinadora de proyecto, DAI

Estructura de archivo: Estructura de archivo: Modificación/SAGAL/Contratación Administrativa/Expediente de Contratación/2020LA-000004-4402/Compra de Arcos en C para Nuevos Quirófanos del Hospital México

Anexo 1: oficio RX-HM-110-06-2020

Anexo 2: Formulario F-ED-09_R18A_AltaPotencia

Anexo 3: Formulario F-ED-09_R18B_Baja Potencia

Notificar a: evargas@me.co.cr

recepcion@me.co.cr

servicioalcliente@me.co.cr

Marlon.Lopez@elvatron.com

med@elvatron.com

daniel.castillo@siemens-healthineers.com

daniel.castillo@siemens.com

evelyn.gutierrezsolano.ext@siemens.com

yorleny.vargas@siemens.com

dbelisario@promed-sa.com

promedcr@promedsa.com

licitaciones@almoteccr.com

recepcion@almoteccr.com